



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Název veřejné zakázky:

Analyzátor glykovaného hemoglobinu

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 9. 8. 2023

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Změna v příloze č. 2 ZD Technické podmínky ve sloupci „Závazné charakteristiky a požadavky“

Zadavatel ze seznamu závazných charakteristik a požadavků odstraňuje technický parametr „**Stanovení v přítomnosti EDTA, NaF, heparinu nebo citrátu**“.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 11. 9. 2023 do 10:00 hod.

Příloha:

Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky OPRAVA DLE VZD 4