



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Název veřejné zakázky:

Ohřev pacienta

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 24. 8. 2023

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Mám dotaz k ZD čl. 10 Kvalifikace dodavatelů. Hned na začátku článku je uvedeno, že dodavatel může nahradit předložení dokladů čestným prohlášením, ale v příloženém vzoru čestného prohlášení je uveden pouze § 74 odst. 1 písm. b) ve vztahu ke spotřební dani a písm. c) ve vztahu k veřejnému zdravotnímu pojištění. Je možno nahradit všechny doklady o kvalifikaci čestným prohlášením nebo pouze § 74 odst. 1 písm. b) a c)?

Odpověď

Dodavatel může v nabídce nahradit doklady k prokázání kvalifikace požadované v čl. 10.1 a 10.2 zadávací dokumentace čestným prohlášením.

Dle § 46 zákona může zadavatel v průběhu zadávacího řízení pro zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů, které nejsou předmětem hodnocení. Může se jednat o doplnění údajů, které se týkají prokázání splnění podmínek účasti v zadávacím řízení (např. podmínky kvalifikace apod.)

Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.



Dotaz č. 2

Dobrý den,
mám dotaz ohledně technické specifikace, kdy požadujete rozsah nastavení teploty alespoň 33 - 39 °C. Dle doporučení odborných společností jsou rozsahy teplot pro přikrývku a matraci rozdílné - pro matraci 35 °C až 40 °C, pro přikrývku 37 °C až 43 °C.
Budete akceptovat rozsah nastavení teploty 35 °C až 39 °C?

Odpověď

Zadavatel daný parametr rozvolnil ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 dne 25. 7. 2023.

Rozsah nastavení teploty v min. rozmezí 35 °C až 39 °C	(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)
--	-------------------	-------------------

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.