



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:

Endoskopická sestava

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 1. 9. 2023

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Zadavatel v Příloze č. 2 ZD u položky monitor požaduje: „Obrazové vstupy minimálně: 12G-SDI, Display port, HDMI, 3G-SDI, DVI-D“ a „Obrazové výstupy minimálně: 12G-SDI, 3G-SDI.“

Bude Zadavatel akceptovat monitor s obrazovými vstupy 2 x HDMI 2.0, 1 x DP 1.4 (SST) a obrazovými výstupy 1x HDMI?

Odpověď

Zadavatel akceptuje navrhované řešení uchazeče.

Dotaz č. 2

Zadavatel v Příloze č. 2 ZD u položky monitor požaduje: „Funkce monitoru musí umožňovat přepočítání vstupního datového signálu o rozlišení 1920x1020p (Full HD) na výstupní zobrazení obrazu v rozlišení 3840x2160p (4K).“

Bude Zadavatel akceptovat monitor bez funkce přepočtu vstupního datového signálu o rozlišení Full HD na výstupní rozlišení 4K avšak s plnou podporou jak Full HD rozlišení tak 4K rozlišení?

Odpověď

Zadavatel akceptuje navrhované řešení uchazeče.

Dotaz č. 3

Zadavatel v Příloze č. 2 ZD požaduje: „Kamerová jednotka vč. integrovaného světelného zdroje.“

Bude Zadavatel akceptovat kamerovou jednotku a samostatný světelný zdroj jakožto obdobné technické řešení?



Odpověď

Zadavatel akceptuje navrhované řešení uchazeče.

Dotaz č. 4

Zadavatel v Příloze č. 2 ZD požaduje: „Výstupy minimálně 1 x DVI-D, 2x HD-SDI, 1x Y/C, 1x Composite.“

Bude Zadavatel akceptovat kamerovou jednotku s výstupy 2x 3G-SDI, 2x HDMI, 1x YC a 1x CV?

Odpověď

Zadavatel akceptuje navrhované řešení uchazeče.

Dotaz č. 5

Zadavatel v Příloze č. 2 ZD požaduje: „Volitelný poměr stran obrazu – 16:10 / 16:9 / 4:3 / 5:4.“

Bude Zadavatel akceptovat kamerovou jednotku s volitelným poměrem stran obrazu 16:9 / 4:3.

Odpověď

Zadavatel akceptuje navrhované řešení uchazeče.

Dotaz č. 6

Zadavatel v Příloze č. 2 ZD požaduje: „Předvolba nastavení až 20 údajů patientských dat.“

Bude Zadavatel akceptovat kamerovou jednotku s předvolbou nastavení 7 patientských dat?

Odpověď

Zadavatel akceptuje navrhované řešení uchazeče.

Dotaz č. 7

Zadavatel v Příloze č. 2 ZD požaduje: „Váha kamerové hlavy pro endoskopii max. 90 g.“

Bude zadavatel akceptovat lomenou kamerovou hlavu pro endoskopii s váhou 175 g?

Odpověď

Zadavatel akceptuje navrhované řešení uchazeče.

Dotaz č. 8

Zadavatel v Příloze č. 2 ZD požaduje: „Minimálně 3 programovatelná ovládací tlačítka kamerové hlavy.“

Bude Zadavatel akceptovat lomenou kamerovou hlavu pro endoskopii se 2 programovatelnými ovládacími tlačítky, které umožňují ovládání až 4 funkcí?

Odpověď

Zadavatel akceptuje navrhované řešení uchazeče.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

Zadavatel upravuje bod II. 2. kupní smlouvy

Termín plnění je nejpozději do 8 týdnů od nabytí účinnosti kupní smlouvy.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 4. 10. 2023 do 10:00 hod.

Přílohy:

Příloha č. 3 ZD - Závazný návrh kupní smlouvy OPRAVA DLE VZD 1

Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky OPRAVA DLE VZD 1

Oddělení veřejných zakázek

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.