



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Název veřejné zakázky:

Přístroj pro chlazení a ohřev pacienta

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 11. 9. 2023

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Žádost o doplnění zadávací dokumentace

Vážení,

Dovolujeme si Vám touto cestou požádat o vysvětlení a doplnění technických podmínek VZ „Přístroj pro chlazení a ohřev pacienta“.

Náš dotaz se vztahuje k příloze č. 2 ZD – konkrétně k - Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky OPRAVA DLE VZD 1.

Bude zadavatel akceptovat nabídku na přístroj pro chlazení a ohřev pacienta splňující technická kritéria uvedená v technických podmínkách, avšak bez možnosti opakovaného použití podložek určených k chlazení pacienta?

Námi nabízené podložky jsou jednorázové a jejich použitelnost je 5 dní. Balení se skládá ze 4 ks podložek na 1 pacienta (pokrytí 40% kůže) toto umožňuje lepší manipulaci s pacientem a také neustálý přístup ke všem důležitým žilním vstupům. Podložky mají hydrogelovou vrstvu, která zajišťuje uchování kontaktu s pokožkou pacienta po celou dobu léčby. Vodivost podložek napodobuje podmínky ponoření do vody. Podložky jsou radiolucentní a tedy bezpečné pro CT,MR, RTG. Voda je do podložek vháněna podtlakem a v případě poškození nedochází k úniku kapaliny ze systému.

Děkujeme Vám tímto za odpověď a vyjádření.

S pozdravem



Odpověď

Zadavatel nebude akceptovat navrhované řešení uchazeče, vzhledem k provozním podmínkám na ARO oddělení.

Zadavatel v zadávací dokumentaci mění ustanovení článku 10.2 Profesionální způsobilost

10.2 Profesionální způsobilost

Splnění profesionální způsobilosti prokáže účastník, který předloží dle ust. § 77 odst. 1 zákona ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. ~~Doklady prokazující profesionální způsobilost podle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.~~

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 13. 10. 2023 do 11:30 hod.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.