



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Název veřejné zakázky:

Svítlidla mobilní vyšetřovací a stropní zákroková

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 11. 9. 2023

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Tímto žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace k Veřejné zakázce:

„Svítlidla mobilní vyšetřovací a stropní zákroková“.

1. Zadavatel v opravené technické specifikaci pro svítidla mobilní vyšetřovací požaduje: „průměr světelného pole ve vzdálenosti 1m min. 15 – 19cm“.

Z tohoto a i původního znění parametru uvedeného v Technických podmínkách není zřejmé, jestli zadavatel požaduje, aby jednotlivá hodnota velikosti osvětleného pole nabízeného vyšetřovacího světla dosahovala hodnoty v uvedeném rozsahu (např. 18 nebo 19 cm) s tím, že celkový interval nastavení velikosti může dosahovat i rozměrů větších (např. 19-30cm).

Prosíme tedy o upřesnění tohoto parametru.

Zároveň žádáme o konkrétní odpověď, zda-li bude zadavatel akceptovat nabídku vyšetřovacího světla, které nabízí větší než Zadavatelem požadovaný rozsah nastavení velikosti světelného pole min. 18cm a max. 30cm?

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat nabízené řešení uchazeče a upravuje požadovaný parametr.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

Zadavatel upravuje v zadávací dokumentaci znění článku 10.2 Profesní způsobilost

10.2 Profesní způsobilost

Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník, který předloží dle ust. § 77 odst. 1 zákona ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. ~~Doklady prokazující profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.~~

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 16. 10. 2023 do 10:00 hod.

Přílohy:

Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky OPRAVA DLE VZD 2

Oddělení veřejných zakázek

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.