



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Název veřejné zakázky:

Laboratorní centrifuga znovuvyhlášení

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 15. 9. 2023

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Dobrý den,

žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace k VZ "Laboratorní centrifuga znovuvyhlášení".

Náš dotaz zní následovně:

Bude zadavatel akceptovat otáčky úhlového rotoru 15 000 RPM?

Předem děkujeme za odpověď.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení uchazeče.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 17. 10. 2023 do 10:00 hod.

Přílohy:

Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky OPRAVA DLE VZD 3

Oddělení veřejných zakázek

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.