

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:

Stojany a RTG vybavení pro centrální urgentní příjem, znovuvyhlášení

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 21. 9. 2023

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1 – pro část 1

Položka č. 1. Stojan pojízdný na balící materiál

Prosím o vysvětlení k položce 1. Stojan pojízdný na balící materiál 1. prosím upřesnit který z rozměrů je délka, který šířka a který výška.

Odpověď

Zadavatel upřesňuje, že 1 500 mm (+/- 10 %) je celková délka (stůl + drátěný košík), 670 mm (+/- 10 %) je hloubka stolu a 1570 mm (+/- 10 %) je celková výška stolu.

Dotaz č. 2 – pro část 1

Položka č. 1. Stojan pojízdný na balící materiál

Prosím o vysvětlení k položce 1. Stojan pojízdný na balící materiál 2. upřesnit umístění polic a jejich rozměry, vzdálenost od země atd.

Odpověď

Zadavatel upřesňuje, že police je umístěna min. 300 mm/max. 400 mm pod vrchním platem celonerezového vozíku.

Dotaz č. 3 – pro část 1

Položka č. 1. Stojan pojízdný na balící materiál

Prosím o vysvětlení k položce 1. Stojan pojízdný na balící materiál 3. kde má být umístěn závěsný plechový box a kde drátěný koš

Odpověď

Zadavatel upřesňuje, že drátěný koš má být umístěn na pravém boku vozíku, závěsný plechový box min. 250 mm nad vrchním platem celonerezového vozíku.

Dotaz č. 4 – pro část 1


Položka č. 1. Stojan pojízdný na balící materiál

Prosím o vysvětlení k položce 1. Stojan pojízdný na balící materiál 4. jaké jsou požadované přepážky

Odpověď

Zadavatel upřesňuje, že požadovány jsou 4 přepážky, přitom celkové rozměry závěsného plechového boxu jsou 500 mm (délka), 250 mm (hloubka) a 150 mm (výška), tolerance +/- 10 %.

Ilustrační obrázek



Pro všechny rozměry je stanovena tolerance +/- 10 %. Tolerance se netýká průměru pojízdných koleček. Průměr otočných koleček je min. 125 mm.

**Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 23. 10. 2023 do 10:00 hod.
Prodloužení lhůty se týká celé veřejné zakázky.**

Příloha:

Příloha č. 2 ZD - Technická specifikace pro část 1 OPRAVA DLE VZD 1

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.