

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Název veřejné zakázky:

Rozšíření vrtacích systémů na centrálních operačních sálech

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 21. 9. 2023

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz k části 3

Dotaz k části 3 veřejné zakázky.

V zadávací dokumentaci "Technická specifikace - vrtačka" - zadavatel požaduje RTG nástavec k vrtačce Zimmer ZUPS.

Dotaz: bude zadavatel akceptovat nedodání tohoto nástavce z důvodu ukončení produkce?

Odpověď

Ano, zadavatel bude akceptovat navrhané řešení uchazeče.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 25. 10. 2023 do 10:00 hod.

Přílohy:

Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky, část 3, OPRAVA DLE VZD 2

Oddělení veřejných zakázek

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.