



## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

**Název veřejné zakázky:**

Myčka laboratorního skla, znovuvyhlášení

**Druh zadávacího řízení:** otevřené řízení

**Režim veřejné zakázky:** nadlimitní

**Předmět veřejné zakázky:** dodávky

**Zadavatel:** Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

**Sídlo:** Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

**IČO:** 27520536

V Pardubicích dne 22. 9. 2023

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

### Dotaz

Ve čtvrtém bodě technické specifikace zadavatel uvádí min. průtočný tlak v rozmezí 200 – 1000 kPa. Umožní zadavatel zúčastnit se výběrového řízení s produktem, který má průtokový tlak 200 – 500 kPa? Většina výrobců myček laboratorního skla doporučuje průtočný tlak 300 kPa.

### Odpověď

Zadavatel nebude akceptovat navrhované řešení uchazeče, které je z provozních důvodů a vysokých hygienických nároků na pracovišti klinické mikrobiologie nedostatečné.

Oddělení veřejných zakázek  
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.