

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Název veřejné zakázky:

Videobronchoskopy, myčka endoskopů a sušící skříň

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 27. 9. 2023

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Zadavatel ve výše zmíněné veřejné zakázce, v technických podmínkách pro část 3 VZ – „Sušící skříň“ požaduje „Napojení na stávající systém rozvodu stlačeného vzduchu“.

Vzhledem k tomu, že podle bodu 5 ZD- „Prohlídka místa plnění“ zadavatel s ohledem k charakteru zakázky nerealizoval prohlídku místa plnění ani neupřesnil charakter, umístění ani prostory stávajících rozvodů vzhledem k finálnímu umístění sušící skříně, nemá uchazeč v tomto ohledu žádné informace o způsobu napojení, technických parametrech ani lokaci místa pro sušící skříň.

Uchazeč disponuje sušící skříní, která má vlastní integrovaný kompresor s filtračním systémem, který zaručuje nepřetržitou dodávku stlačeného medicínálního vzduchu bez nutnosti napojení na centrální rozvod, a tedy zcela nezávislý systém na vnějších podmínkách, a to včetně optimálního umístění skříně dle provozních a prostorových potřeb ambulance.

Dotaz č. 1

Umožní zadavatel nabídnout na vnějších podmínkách nezávislou sušící skříň s vlastním interním kompresorem a filtračním systémem, který garantuje mikrobiologickou integritu vložených bronchoskopů až 720hodin bez nutnosti opětovné redezinfekce?

Odpověď

Zadavatel nebude akceptovat navrhované řešení uchazeče a nadále požaduje napojení na stávající systém rozvodu stlačeného vzduchu. Stlačený vzduch bude k dispozici přímo u plánovaného umístění sušící skříně.