

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Název veřejné zakázky:

Rozšíření vrtacích systémů na centrálních operačních sálech

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 17. 10. 2023

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1 k návrhu kupní smlouvy

Zadavatel v příloze zadávací dokumentace č.: 3 „Závazný návrh kupní smlouvy“ uvádí v čl VI, odst. 12, že pokud nebude vada odstraněna do 30-ti dnů od nahlášení, považuje se za neodstranitelnou a prodávající povinen vadné zboží nebo jeho část vyměnit.

Uchazeč si dovoluje informovat zadavatele, že vzhledem k interním servisním procesům uchazeče, může servis trvat déle než požadovaných 30 dní. Po celou dobu servisu však má zadavatel k dispozici adekvátní náhradní přístroj.

Může zadavatel na základě uvedeného prodloužit dobu na provedení servisu na alespoň 45 dní, při současném zapůjčení náhradního přístroje?

Odpověď

Jedná se o standardní požadavek zadavatele, neboť lhůtu 30-ti dnů zadavatel požaduje ve všech návrzích smluv u všech veřejných zakázek, a to z důvodu zachování rovného a nezvýhodňujícího přístupu ke všem dodavatelům. Dosud tuto lhůtu žádný z dodavatelů nerozporoval. Zadavatel má za to, že tato smluvní podmínka je zcela důvodná, aby nedošlo k omezení operačních zákroků a tím k ohrožení léčebného procesu a zdraví pacientů. Zadavatel si je však vědom, že některý z dodavatelů může mít servisní proces nastavený tak, že není schopen dodržet 30-ti denní lhůtu na odstranění vady. Navíc dodavatel nabízí po dobu servisu zapůjčení náhradního přístroje. Zadavatel proto vyhovuje požadavku tazatele a prodlužuje lhůtu na 45 kalendářních dnů.

Nové znění odst. 12 v čl. VI. návrhu smlouvy

12. Pokud vadnou část zboží nebo celé zboží není možno opravit, má kupující právo na výměnu vadného zboží nebo jeho vadné části stejných či vyšších parametrů (včetně bezplatného zajištění konfigurace, je-li to u daného zboží třeba), případně právo od smlouvy v dané části odstoupit. Nebude-li vada odstraněna do ~~30~~ **45** kalendářních dnů od jejího oznámení, považuje se za neodstranitelnou a v téže lhůtě je prodávající povinen vadné zboží nebo jeho část vyměnit. Pokud dojde k výměně zboží nebo

jeho části, počíná na toto zboží nebo jeho část běžet dnem výměny záruční doba v délce dle odst. 1 tohoto článku.

Dotaz č. 2 k návrhu kupní smlouvy

Zadavatel dále uvádí tamtéž v čl. VI, odst. 20, že přístroj nesmí být vyřazen z provozu více než celkem 10 pracovních dnů v daném kalendářním roce.

Uchazeč si dovoluje informovat zadavatele, že vzhledem k interním servisním procesům uchazeče a způsobu provedení pBTK (kdy je přístroj odesílán do servisního střediska) nemůže uchazeč garantovat uvedenou podmínku na odstavení přístroje na dobu max, 10 dní v kalendářním roce a méně. Uchazeč si dále dovoluje informovat zadavatele, že po celou dobu servisu, či pBTK však má zadavatel k dispozici adekvátní náhradní přístroj.

Může zadavatel na základě uvedeného vyjmout ze závazného vzoru kupní smlouvy podmínku z čl. VI, odst. 20: že zboží nebude vyřazeno/odstaveno z provozu déle, než celkem 10 pracovních dnů v daném kalendářním roce?

Odpověď

Zadavatel v souvislosti s odpovědí na dotaz č. 1 odstraňuje z návrhu smlouvy z čl. VI. odst. 20.

Dotaz č. 3

Vrtačkové motory Midas a nástavce byly v nedávné době změněny a modernizovány a nejsou kompatibilní s těmi, které jsou v současné chvíli používány na pracovišti zadavatele. Z důvodu zachování kompatibility se stávajícím vybavením Midas používaným na pracovišti zadavatele chceme nabídku zboží rozšířit o 1ks vrtačkového motoru EM800, 1ks navigovaného vrtačkového motoru EM800N, 1ks ochranných instrumentačních kitů CA875 a CA800, 1ks trepanu MR8-AD03, 1ks kraniotomu MR8-AF02, 1ks zahnutého nástavce 14 cm MR8-AA14 a 1ks zahnutého nástavce 10cm MR8-AA10 při zachování cenového limitu zadavatele. Bude zadavatel akceptovat rozšíření nabídky vrtacích motorů?

Odpověď

V zadávací dokumentaci jsou uvedené závazné a nepodkročitelné podmínky a požadavky zadavatele, které jsou účastníci při podání nabídky povinni splnit. Hodlá-li účastník nabídku doplnit nad rámec zadávacích podmínek, je to na jeho zvážení. Zadavatel bude akceptovat rozšířenou nabídku zboží.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 21. 11. 2023 do 10:00 hodin.

Přílohy:

Příloha č. 3 Závazný návrh kupní smlouvy, OPRAVA DLE VZD Č. 4

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.