



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

Název veřejné zakázky:

Obvazový materiál, tampony, kompresy, vata

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 23. 10. 2023

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1 – pro část 1

Bude zadavatel u rozměru kompresu 10x20 cm akceptovat balení á 3ks (namísto á 2ks)? u těchto rozměrů mají naše výrobky více vrstev, tj. 12, bude toto zadavatel akceptovat?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat navrhované řešení uchazeče, tedy balení po 3ks i 12 vrstev, pokud uchazeč splní všechny ostatní podmínky technické specifikace.

Dotaz č. 2 – pro část 2

Veškeré položky z této části máme v nabídce pouze ve variantě s RTG nití, bude toto zadavatel akceptovat?

Odpověď:

Zadavatel nebude akceptovat navrhované řešení uchazeče. V celé NPK se běžně používají sterilní tampony bez RTG kontrastu (s RTG se soutěží pouze jeden rozměr, který má nízkou spotřebu). Z průzkumu trhu vyplývá, že je zadavateli může nabídnout více dodavatelů. S RTG nití se více používají tampony nesterilní, pokud by se vysoutěžily všechny sterilní tampony s RTG, mohlo by docházet k nechtěné záměně.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 27. 11. 2023 do 10:00 hodin. Prodloužení lhůty se týká celé veřejné zakázky, tedy všech částí.

Přílohy:

Příloha č. 1 KS Dílčí specifikace ceny, část 1_OPRAVA dle VZD 2

Příloha č. 2 ZD Technické podmínky pro všechny části_OPRAVA dle VZD 2

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.