

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

**Název veřejné zakázky:**

**Instrumentárium pro centrální operační sály, část 1**

**Druh zadávacího řízení:** otevřené řízení

**Režim veřejné zakázky:** nadlimitní

**Předmět veřejné zakázky:** dodávky

**Zadavatel:** Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

**Sídlo:** Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

**IČO:** 27520536

V Pardubicích dne 15. 11. 2023

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98, resp. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

### Dotaz č. 1

Zadavatel v příloze zadávací dokumentace č.: 2 „Technické podmínky část 1“ uvádí výčet položek, které požaduje v rámci plnění předmětné veřejné zakázky.

Uchazeč, po seznámení se s požadovanými položkami a s vědomím, že poptávaným předmětem je doplnění stávajícího instrumentária, došel k tomu, že některé požadované položky jsou, dle uchazeče, v setu nadbytečné. Zadavatel se tak může dostat do situace, kdy nakoupí položky, které reálně ve své praxi nevyužije, nehledě na fakt, že s ohledem na obecné zvýšení nákupních cen by mohlo hrozit, že výsledná nabídková cena bude výrazně nad zadavatelem předpokládanou hodnotou předmětné částí této veřejné zakázky.

Může zadavatel na základě uvedeného vyjmout nadbytečné položky z přílohy č.: 2 „Technické podmínky část 1? Seznam nadbytečných položek je uveden níže:

Název položky a její popis	Označení položky	Množství ks
Pouzdro upínací, velké, pro č. 314.190, 314.240, 314.260, 314.270 a 314.750	314.280	1
Trubka prodlužovací pro vrtací trny, pro hloubkoměr pro hřeby nitrodřeňové, pro č. 351.717 a 03.019.001	351.719	1
Strkač pro vrtací trn se šroubovákem šestihranným Ø 8.0 mm	03.010.093	1
Šroubovák Inter-Lock, kombinovaný, Stardrive®, T25 / šestihranný Ø 3.5, délka 224 mm	03.010.473	1
Kladivo kombinované, 500 g	03.010.522	1
Radiografické měřítko	03.037.006	1
Šídlo Ø 8 / 4.7 mm, zahnuté, kanylované	03.037.008	1
Stupňovitý výstružník pro spirální čepel a šroub TFNA pro rychlospojku pro DHS/DCS®	03.037.022	1
Fixační objímka pro stupňovitý výstružník	03.037.023	1
Vložka šroubováku, šestihranný 5.0 mm, se šestihrannou spojkou 6.0 mm, pro zajištění statické	03.037.029	1
Cílicí rameno 125° pro zajištění statické a dynamické distální	03.037.114	1
Rukojeť tvaru T s omezovačem krouticího momentu, 6 Nm	03.231.013	1

## **Odpověď**

**Zadavatel akceptuje návrh na vyjmutí některých položek a upravuje seznam požadovaných položek v příloze č. 2 ZD – Technické podmínky – část 1.**

**Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 18. 12. 2023 do 10:00 hodin.**

Přílohy:

Příloha č. 2 ZD – Technické podmínky – část 1, OPRAVA DLE VZD 1

Oddělení veřejných zakázek

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.