

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:
Pomůcky pro inkontinenci

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO: 27520536

V Pardubicích dne 24. 11. 2023

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1 – pro část 1

Obracím se s dotazem ohledně dodávky podložek pod nemocné. Můžete mi prosím potvrdit, zda minimální požadovaná ISO savost znamená, že podložka dokáže pojmout dané mililitry tekutiny, nebo zda se tím spíše myslí, že podložka musí být na dotek suchá po nalití daných mililitrů tekutiny? Metodika ISO vámi uvedená totiž dovoluje dva možné výklady.

Odpověď

Zadavatel požaduje minimální savost dle ISO normy 11948-1, doloženou certifikátem z nezávislé laboratoře.

- **vnitřek podložky se nesmí po vsáknutí tekutiny drobit, žmolkovat a trhat**
- **podložka zabrání prosaku tekutiny na lůžko a po celém obvodu je proti průsaku uzavřená**
- **podložka má protiskluzový povrch na nesavé straně, není kluzká na lůžku**