

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:

Myčka endoskopů

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 27. 11. 2023

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Dotaz: Technická specifikace

Zadavatel požaduje v technické specifikaci UV jednotku pro zajištění dekontaminace vstupní vody ve spolupráci s externím iontoměničem.

Umožní zadavatel dodání myčky s UV jednotkou zajišťující dekontaminaci vstupní vody bez externího iontoměniče?

Odpověď

Zadavatel akceptuje navrhované řešení uchazeče.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 2. 1. 2024 do 11:00 hod.

Přílohy:

Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky OPRAVA DLE VZD 1

Oddělení veřejných zakázek

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.