

Příloha č.6


Nemocnice Pardubice- Centrální urgentní příjem

3.NP- Lůžkové pokoje

6a- 2x Jednolůžková nástěnná rampa délky 1650mm

6b- 2x dvoulůžková nástěnná rampa délky 3300mm

6c- 14x třílůžková nástěnná rampa délky 4950mm



Vybavení pracoviště: korpus RAL 9002, instalační lišty RAL 5021

- 1x O2, 1x Vac
- 6x 230V (5x MDO- bílá, 1x DO- zelená)
- 1x 2PA
- 1x 2RJ45
- 2x příprava pro sestru-pacient
- Přímé osvětlení ovládané na rampě
- Nepřímé osvětlení ovládané na rampě
- Noční osvětlení ovládané na ode dveří