

Příloha č.5

Nemocnice Pardubice- Centrální urgentní příjem 2.NP- Stacionář

3x Jednolůžková nástěnná rampa délky 1650mm



Vybavení pracoviště: korpus RAL 9002, inslační lišty RAL 2011

- 2x O2, 2x Vac, 2x SV
- 8x 230V (6x VDO- oranžová, 2x ZIS- žlutá)
- 1x PA
- 1x 2RJ45
- Přímé osvětlení ovládané na rampě
- Nepřímé osvětlení ovládané na rampě
- Noční osvětlení ovládané na ode dveří
- Medilišta v horní části po celé délce rampy
- Nosič infuzních sáčků a pump upevněný na medilištu délky 1000mm se čtyřháčkem