

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:

Urologický laser

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 13. 2. 2024

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98, resp. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

- Dne 12. 2. 2024 bylo uveřejněno oznámení o zahájení zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku. Povinností zadavatele dle § 96 odst. 1 zákona je v den zveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejnit zadávací dokumentaci na profilu zadavatele. Zadavatel uveřejnil zadávací dokumentaci na profilu zadavatele dne 13. 2. 2024.
- Zadavatel v příloze č. 2 ZD – Technické podmínky upravuje znění níže uvedených parametrů. Opravená technická specifikace je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Původní znění:

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Maximální pulsní energie min. 5 J | (doplň dodavatel) | (doplň dodavatel) |
| Maximální frekvence pulsů min. 45 Hz použitelná pro všechna nabízená vlákna | (doplň dodavatel) | (doplň dodavatel) |

Nové znění:

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Vstupní pulsní energie min. 5 J | (doplň dodavatel) | (doplň dodavatel) |
| Špičková frekvence pulsů min. 45 Hz použitelná pro všechna nabízená vlákna | (doplň dodavatel) | (doplň dodavatel) |

Z výše uvedeného důvodu zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 13. 3. 2024 do 10 hod.

Příloha: Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky OPRAVA DLE VZD 1