

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:

Novorozenecké inkubátory

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 20. 2. 2024

Výše uvedený zadavatel sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1 – část 1

Dotaz k Příloze č.2 ZD- Technické podmínky pro část 1 veřejné zakázky:

1. Bude zadavatel akceptovat stojny v rohách inkubátoru, i když není snižená viditelnost a medicínský účel zůstává zachová.

Odpověď

Zadavatel nebude akceptovat navrhované řešení dodavatele, které by omezilo požadovaný rozsah viditelnosti. Při tomto řešení je viditelnost jednoznačně snížena.

Dotaz č. 2 – část 1

Bude zadavatel akceptovat alarmové světlo na víku ovládacího panelu. Víko na inkubátoru je oddělitelné a v našem případě alarmové světlo je stále viditelné na ovládacím panelu.

Odpověď

Zadavatel nebude akceptovat navrhované řešení dodavatele, kdy je alarmové světlo umístěno zcela mimo samotný skelet inkubátoru.