

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Název veřejné zakázky:

Urologický laser

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 22. 2. 2024

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98, resp. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Zadavatel v Příloze č. 2 zadávací dokumentace u technických parametrů urologického Ho: YAG laseru požaduje „Špičková frekvence pulsů min. 45 Hz použitelná pro všechna nabízená vlákna“ Bude Zadavatel akceptovat frekvenci pulsů min. 40 Hz pro vlákno 200 µm? Jeden z požadovaných technických parametrů Zadavatele na vlákno 200 µm je právě frekvence min. 40 Hz.

Odpověď

Ano, zadavatel bude akceptovat navrhované řešení uchazeče.

Z výše uvedeného důvodu zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 25. 3. 2024 do 10 hod.

Příloha: Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky OPRAVA DLE VZD 2

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.