

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Název veřejné zakázky:

Urologický laser

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 29. 2. 2024

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98, resp. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Zadavatel v Příloze č. 2 ZD – Technické podmínky požaduje: „Možnost připojení vlákna s průměrem 200 µm s „ball tip“ koncovkou pro ochranu pracovního kanálu flexibilního endoskopu (lze vsunout i do zahnutého endoskopu).“

Účastník ze znalosti trhu ví, že tento parametr nesplní žádný ze světových výrobců laserů. V klinické praxi je nejčastěji používáno laserové vlákno s průměrem jádra 272 µm s „ball tip“ koncovkou pro ochranu pracovního kanálu flexibilního endoskopu. Tento typ laserového vlákna je kompatibilní s pracovními kanály všech urologických flexibilních endoskopů, které jsou dostupné na trhu.

Bude Zadavatel akceptovat možnost připojení vlákna s průměrem 272 µm s „ball tip“ koncovkou, které splňuje Zadavatelem požadovaný medicínský účel?

Odpověď

Zadavatel akceptuje navrhované řešení uchazeče a umožní tak připojit vlákna s průměrem 200 až 272 µm s „ball tip“ koncovkou pro ochranu pracovního kanálu flexibilního endoskopu (lze vsunout i do zahnutého endoskopu).

Zadavatel v této souvislosti upravuje v zadávací dokumentaci znění článku 13 Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek

2. Kritérium: Technický parametr

V rámci dílčího hodnotícího kritéria „Technický parametr“ bude zadavatel hodnotit parametr uvedený níže v tabulce. Účastník je povinen pro účely hodnocení vyplnit níže uvedený údaj v rámci vyznačených polí v příloze č. 2 ZD - Technické podmínky. Neuvedení hodnoty či podmínění hodnoty další podmínkou bude znamenat vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

Název kritéria	Hodnota/ Jednotka	Způsob hodnocení	
Schopnost přenesení plné energie min. 60 W pomocí 200 až 272 µm vlákna	ANO/NE	ANO = 100 bodů NE = 0 bodů	Ano je lepší

- Schopnost přenesení plné energie min. 60 W pomocí 200 až 272 µm vlákna

Počet bodů kritéria = za odpověď ANO získá účastník 100 bodů, za odpověď NE získá účastník 0 bodů * 0,20

Počet bodů kritéria bude zaokrouhlený na 2 desetinná místa.

Dotaz č. 2

Zadavatel v Příloze č. 1 KS spotřební materiál požaduje: „Jednorázové vlákno pro semirigidní ureteroskopii Ø 365 µm, pro stabilizaci typu MOSES“ v počtu 30 ks.

Účastník nabízí resterilizovatelné vlákno pro 10 použití pro semirigidní ureteroskopii o průměru jádra 365 µm podporující stabilizační technologii, která je rovnocenným řešením ke stabilizaci typu MOSES.

Bude Zadavatel akceptovat nabídku resterilizovatelných vláken pro semirigidní ureteroskopii o průměru jádra 365 µm podporující stabilizační technologii v celkovém počtu 3 ks, které jsou rovnocenným technickým řešením k 30 ks jednorázových vláken pro stabilizaci typu MOSES.

Odpověď

Zadavatel akceptuje v tomto bodě, že dodavatel dodá vlákna podporující stabilizační technologii (nemusí být označeno jako MOSES ale i jinými, ekvivalentními názvy či označeními). Na původně stanoveném počtu a že vlákna mají být jednorázová však zadavatel trvá.

Z výše uvedeného důvodu zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 2. 4. 2024 do 10 hod.

Příloha: Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky OPRAVA DLE VZD 3

Příloha č. 1 KS spotřební materiál - Dílčí specifikace ceny_OPRAVA DLE VZD 3