

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:
Odsávací katetry, část 1

Název části 1 veřejné zakázky:
Cévka odsávací bez přerušovače sání

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení (otevřená výzva)
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO: 27520536

V Pardubicích dne 19.3.2024

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz pro část 1

Bude zadavatel akceptovat u části 1. Cévka odsávací bez přerušovače sání u velikosti 6,8,10 akceptovat délku hadičky 40cm?

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat u části 1. Cévka odsávací bez přerušovače sání u velikosti 6,8,10 délku hadičky 40 cm.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 10. 4. 2024 do 10:00 hodin. Prodloužení lhůty se týká celé veřejné zakázky, tedy všech částí.

Příloha:
Příloha č. 2 ZD – Technické podmínky dle VZD č. 1