

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

**Název veřejné zakázky:**

**Stenty urologické**

**Druh zadávacího řízení:** zjednodušené podlimitní řízení (otevřená výzva)

**Režim veřejné zakázky:** podlimitní

**Druh veřejné zakázky:** dodávky

**Zadavatel:** Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

**Sídlo:** Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

**IČO:** 27520536

V Pardubicích dne 5. 4. 2024

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

### Dotaz č. 1

V Technické specifikaci je pro část 1 uveden požadavek na vodič: nitinol (hydrofilní). Bude prosím zadavatel akceptovat "flexibilní vodič vyrobený z nerezové oceli potažený PTFE, s pohyblivým jádrem"?

### Odpověď

**Zadavatel trvá na svém původním požadavku a bude akceptovat pouze hydrofilní/nitinový vodič z důvodu lepšího zavádění přes močovod až do ledviny což urychluje výkon.**

### Dotaz č. 2

V ZD - Příloha č. 1 rámcové dohody – Dílčí specifikace ceny pro část 1 veřejné zakázky a v Příloze č. 1 rámcové dohody – Dílčí specifikace ceny pro část 2 veřejné zakázky zadavatel uvádí v části položky konkrétní kódy konkrétního výrobce, tato skutečnost se nám zdá být neobvyklá a diskriminační pro ostatní dodavatele, kteří mohou nabídnout obdobné technické řešení. Prosíme o vysvětlení, zda budete akceptovat i obdobné výrobky, byť jiného výrobce.

### Odpověď

**Ano, zadavatel bude akceptovat obdobné výrobky od jiného výrobce.**

### Dotaz č. 3

Dále bychom Vás chtěli poprosit o objasnění nesouladu mezi v ZD - Příloha č. 1 rámcové dohody – Dílčí specifikace ceny pro část 1 s přílohou č. 2 Technické podmínky část 1, kdy v

technických požadavcích není uvedeno kritérium pro stent vláknový (ten je zmiňován v Příloze č. 2 Technické podmínky část 2). Uvádí zadavatel toto kritérium v TP pro část 2 správně?

#### **Odpověď**

**Ano, technické podmínky pro část 2 jsou nastaveny správně. V části jedna se jedná o stenty silikonové.**

**Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 29. 4. 2024 do 10:00 hodin.**

Oddělení veřejných zakázek  
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.