

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Název veřejné zakázky:
Stenty urologické

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení (otevřená výzva)
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO: 27520536

V Pardubicích dne 12. 4. 2024

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Zadavatel požaduje dle přílohy 2 – Technické podmínky pro obě části stent 6,7,8 FR, nicméně v příloze č. 1 – Dílčí specifikace ceny není o 8FR stentech zmínka. Může zadavatel aktualizovat přílohy o tyto 8FR stenty a uvést předpokládanou spotřebu v kusech?

Odpověď

Zadavatel upravil svůj požadavek pouze na stenty 6 a 7.

Dotaz č. 2

Zadavatel požaduje dle přílohy 2 – Technické podmínky pro část 2 - možnost verze s vláknovým stentem (vlákno místo pigtailu v moč. měchýři), avšak v příloze č. 1 - Dílčí specifikace ceny pro část 2 není o vláknovém stentu zmínka. Může zadavatel aktualizovat požadavky a technické podmínky pro tuto část VZ, případně odstranit z Technických podmínek, či objasnit tento svůj požadavek?

Odpověď

Zadavatel trvá na svém požadavku. U stentů silikonových není vlákno součástí namísto toho u polyuretanových ano.

Dotaz č. 3

V ZD Příloha č. 2 Technické podmínky část 1 i část 2 uvádí zadavatel specifikaci materiálu stentu – měkčený polyuretan (PUR), bez latexu pro část 1 a stent je vyroben ze silikonového materiálu pro část 2. Nabízíme materiál stentu - polymer s hydrofilním povrchem bez latexu – v kontaktu s tělesným teplem dochází ke změkčení materiálu až o 50%. Materiál stentu nabízí záporné pH (patentovaná technologie pHreeCoat™), díky kterému nemá tendence zarůstat a

umožňuje snadné vytažení stentu. Bude zadavatel akceptovat i materiál námi nabízeného stentu při splnění ostatních zadávacích podmínek?

Odpověď

Zadavatel umožňuje pro část 1 nabídnout materiál polymer s hydrofilním povrchem bez latexu. V části 2 požaduje zadavatel materiál silikon.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 7. 5. 2024 do 10:00 hodin.

Příloha:

Příloha č. 2 ZD Technické podmínky část 1 OPRAVA DLE VZD č. 3

Příloha č. 2 ZD Technické podmínky část 2 OPRAVA DLE VZD č. 3

Oddělení veřejných zakázek

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.