



## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Název veřejné zakázky: **Stomatologická souprava**

**Druh zadávacího řízení:** otevřené řízení  
**Režim veřejné zakázky:** veřejná zakázka malého rozsahu  
**Předmět veřejné zakázky:** dodávky

**Zadavatel:** Nemocnice Pardubického kraje, a.s.  
**Sídlo:** Kyjevská 44, 532 03 Pardubice  
**IČO:** 27520536

V Pardubicích dne 16. 4. 2024

Výše uvedený zadavatel sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

### Dotaz

v sekci "Asistentská instrumentace na krátkém rameni" uvádíte požadavek "Samostatné odsávání s odlučovačem amalgámu". Prosím o bližší vysvětlení tohoto bodu.  
Je opravdu požadován samostatně stojící agregát pro mokré odsávání, který obsahuje odlučovač amalgamu?

### Odpověď

**Ano, zadavatel požaduje samostatně stojící agregát pro mokré odsávání, který obsahuje odlučovač amalgamu.**

### Dotaz

Je požadavek na jeho odhlučnění?

### Odpověď

**Požadujeme odhlučňovou variantu s max. hlučností 55 dB.**

### Dotaz

Bude na něj napojena pouze tato jedna stomatologická souprava?

### Odpověď

**Připojena bude pouze tato jedna souprava.**

**Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 2. 5. 2023 do 10:00 hodin.**

Přílohy:  
Příloha č. 2 ZD – Technické podmínky pro všechny části OPRAVA DLE VZD 1

Oddělení veřejných zakázek  
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.