

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Název veřejné zakázky:

Stenty urologické, část 1

Název části 1 veřejné zakázky

Ureterální stent - Double J, střednědobý až dlouhodobý, s hydrofilním vodičem - varianta 1

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení (otevřená výzva)
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 29. 4. 2024

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz

Jedním z technických požadavků zadavatele v části 1 je: „stent je opatřen vláknem pro jednoduchou extrakci“. Rozumí tím zadavatel použití vlákna i u stentu pro dlouhodobou aplikaci (12 měsíců)? Vláknem pro jednoduchou extrakci se používá zejména u stentů krátkodobých a střednědobých z hlediska prevence infekce. Zváží zadavatel rozdělení části 1 na dvě samostatné části, jedna část pro stenty pro krátkodobou a střednědobou aplikaci a část druhá pro stenty s dlouhodobou aplikací? Zadavatel tím umožní větší účast dodavatelů.

Odpověď

Zadavatel požaduje vlákna pro jednoduchou extrakci u všech stentů z důvodu, že i v případě aplikace dlouhodobého stentu se lékař někdy rozhodne stent vyndat dříve a je tedy lepší, pokud stent vlákno má.

Rozdělení zakázky na části nepovažuje zadavatel za možné, neboť hrozí riziko záměny, rovněž z kapacitních důvodů konsignačního skladu a dále zadavatel nemá stanovená pravidla na správu a úhradu konsignačního skladu pro více dodavatelů.

Oddělení veřejných zakázek

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.