

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky: **Infuzní a transfuzní sety - část 1**

Název části veřejné zakázky: **Transfuzní souprava s filtrem pro vaky**

**Druh zadávacího řízení:** otevřené řízení

**Režim veřejné zakázky:** nadlimitní

**Předmět veřejné zakázky:** dodávky

**Zadavatel:** Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

**Sídlo:** Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

**IČO:** 27520536

V Pardubicích dne 14. 6. 2024

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

### Dotaz č. 1

Zadavatel v příloze č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky pro všechny části uvádí pro část 1 veřejné zakázky tento technický požadavek: „integrované zavzdušnění s hydrofobním bakteriálním filtrem“.

Bude zadavatel akceptovat nabídku transfuzního setu bez integrovaného zavzdušnění z umělé hmoty dle parametrů ISO, s velkým centrálním otvorem pro vaky dle DIN 58 360/1?

Naše společnost nabízí transfuzní set bez zavzdušnění z důvodu snížení rizika vytečení krve při podávání transfuzí pod velkým tlakem a tato varianta transfuzního setu je bez problémů využívána na jiných pracovištích v České republice.

### Odpověď

**Na integrovaném zavzdušnění s hydrofobním bakteriálním filtrem zadavatel trvá. Transfuzní sety bez tohoto zavzdušnění se hodí spíše na JIP a ARO, kde se podává transfuze pod velkým tlakem. Na běžná oddělení stačí to, které zadavatel požaduje.**