



## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

**Název veřejné zakázky:**  
**Expertní kolposkop**

**Druh zadávacího řízení:** otevřené řízení  
**Režim veřejné zakázky:** nadlimitní  
**Předmět veřejné zakázky:** dodávky

**Zadavatel:** Nemocnice Pardubického kraje, a.s.  
**Sídlo:** Kyjevská 44, 532 03 Pardubice  
**IČO:** 27520536

V Pardubicích dne 17. 6. 2024

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98, resp. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

### Dotaz č. 1

Zadání: Pracovní vzdálenost v rozmezí 280 - 430 mm.

Komentář: Standardní pracovní vzdálenost kolposkopů (ale i všech operačních mikroskopů (neuro, oční, ORL)) bývá fixní a pohybuje se v rozmezí 200 - 300 mm tak, aby uživatel měl dostatečný prostor pro použití pracovních nástrojů a ohnisko nebylo zase příliš daleko. Jedinou výjimku tvoří ORL pro pozorování hlasivek s  $f=400\text{mm}$ . Disponujeme tedy i s multifokálním objektivem s proměnlivou pracovní délkou v rozmezí 200 - 300 mm, který pokrývá veškeré rozumné nastavení i možnost jemného ostření.

Dotaz: Bude zadavatel tento parametr akceptovat?

### Odpověď

**Ano, zadavatel bude akceptovat proměnlivou pracovní vzdálenost v rozmezí 200 – 300 mm.**

### Dotaz č. 2

Zadání: Nastavitelný zelený, modrý a polarizační filtr.

Komentář: V gynekologické praxi se setkáváme s použitím zeleného filtru. Modrý filtr se užíval pro konverzi halogenového světla, ale s použitím LED osvětlení je nadbytečný a polarizační bez analyzátoru jen ubírá intenzitu osvětlení. Tato sestava bílého a zeleného světla se vyskytuje u všech konkurenčních značkových kolposkopů.

Dotaz: Bude zadavatel akceptovat kolposkop se zeleným filtrem?

### Odpověď

**Ano, zadavatel bude akceptovat kolposkop se zeleným filtrem.**



### **Dotaz č. 3**

Zadání: Binokulární systém se samostatným optickým kanálem.

Dotaz: Nevíme přesně co zadavatel touto vlastností míní.

### **Odpověď**

Zadavatel upravuje parametr na „Binokulární systém“.

**Z výše uvedeného důvodu zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 22. 7. 2024 do 11 hod.**

Příloha: Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky OPRAVA DLE VZD 1

Oddělení veřejných zakázek  
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.