

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:

Endoskopické vybavení 1 pro Pardubickou nemocnici

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 25. 6. 2024

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Zadavatel v Příloze č. 2 ZD – Technické podmínky požaduje: „Semirigidní ureteroskop s maximálním vnějším průměrem 10,4 Fr., maximálním vnějším průměrem distálního konce 7,3 Fr., úhlem pohledu 5 ° a přímým pracovním kanálem o min. průměru 6,4 Fr.“

Účastník nabízí obdobné technické řešení – semirigidní ureteroskop s vnějším průměrem 11,5 Fr., vnějším průměrem distálního konce 8,5 Fr., úhlem pohledu 12 ° a přímým pracovním kanálem o průměru 6 Fr. Toto řešení splňuje požadovaný medicínský účel.

Bude Zadavatel akceptovat výše popsany semirigidní ureteroskop?

Odpověď

Zadavatel trvá na stávajícím znění technické specifikace z důvodu zachování co nejnižších průměrů, které umožňují provádění širšího spektra zdravotnických výkonů.