



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky: **Centrální žilní katétry pro dospělé a děti**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO: 27520536

V Pardubicích dne 25. 6. 2024

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Bude prosím zadavatel akceptovat EKG kabel zvlášť?

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat EKG kabel zvlášť.

Dotaz č. 2

Bude prosím zadavatel akceptovat délku katétrů 16 cm místo 15 cm?

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat délku katétrů v rozmezí 15 - 16 cm.

1a) Centrální žilní katétr

katétr jednolumenový s antibakteriálním krytím, velikosti 4Fr. 15 - 16cm
katétr jednolumenový s antibakteriálním krytím, velikosti 5Fr. 15 - 16, 20cm (15 - 16 cm možno nahradit 20 cm)
katétr jednolumenový s antibakteriálním krytím, velikosti 6Fr. 15 - 16, 20cm (15 - 16 cm možno nahradit 20 cm)
katétr dvoulumenový s antibakteriálním krytím, velikosti 7Fr. 15,16, 15 - 16,20cm.
katétr třílumenový s antibakteriálním krytím, velikosti 7Fr. 15,16, 15 - 16,20,30cm

1b) Centrální žilní katétr s balíčkem

katétr jednolumenový s antibakteriálním krytím, velikosti 4Fr. 15 – 16 cm
katétr jednolumenový s antibakteriálním krytím, velikosti 5Fr. 15 – 16, 20cm (15 -16 cm možno nahradit 20 cm)
katétr jednolumenový s antibakteriálním krytím, velikosti 6Fr. 15 – 16, 20cm (15 -16 cm možno nahradit 20 cm)
katétr dvoulumenový s antibakteriálním krytím, velikosti 7Fr. 15,16, 15 – 16, 20cm.
katétr třílumenový s antibakteriálním krytím, velikosti 7Fr. 15,16, 15 – 16, 20,30cm

Dotaz č. 3

Bude prosím zadavatel u položky 3. (Katetr centrální žilní, 1-lumen 4FR / 15cm antibakteriální) akceptovat vel. 18G/20 cm místo 4 FR/15cm?

Odpověď

Zadavatel nebude akceptovat velikost 18G/20cm, požadována antidekubitní úprava.

Dotaz č. 4

Bude prosím zadavatel akceptovat u některých položek antimikrobiální úpravu pouze z vnější strany katétru?

Odpověď

Zadavatel nebude akceptovat antimikrobiální úpravu pouze z vnější strany katétru z důvodu nižší účinnosti.

Dotaz č. 5

Bude prosím zadavatel u položky 12. (Katetr centrální žilní, 4-lumen 8 FR/20cm antibakteriální) akceptovat vel. 8,5 FR místo 8 FR?

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat rozměry v rozmezí 8 – 8,5 FR.

1a) Centrální žilní katétr

katétr čtyřlumenový s antibakteriálním krytím, velikosti 8 – 8,5 Fr. 20cm

1b) Centrální žilní katétr s balíčkem

katétr čtyřlumenový s antibakteriálním krytím, velikosti 8 – 8,5 Fr. 20cm

Dotaz č. 6

Bude prosím zadavatel akceptovat některé katétry bez injekčních portů?

Odpověď

Zadavatel nebude akceptovat katétry bez injekčních portů.

Dotaz č. 7

V příloze č.2 ZD Technické podmínky je uveden v části 1b Centrální žilní katétr s balíčkem. V příloze č.1 KS Dílčí specifikace ceny toto nacenění chybí.

Dotaz:

Může zadavatel aktualizovat přílohu č. 1 KS, aby mohla být naceněna i část 1b Centrální žilní katétr s balíčkem tak, aby byly balíčky k příslušným centrálním žilním katétrům naceněny samostatně?

Odpověď

Zadavatel upravuje přílohu č. 1 kupní smlouvy – Dílčí specifikace ceny.

Dotaz č. 8

V technické dokumentaci v části 1a) Centrální žilní katétr zadavatel požaduje:

- u položky katétr jednolumenový s antibakteriálním krytím, velikosti 4Fr. 15cm.

Dotaz:

Bude zadavatel akceptovat katétr 5FR, 20 cm dlouhý?

Odpověď

Zadavatel nebude akceptovat navrhované řešení uchazeče.

Dotaz č. 9

- u položky katétr jednolumenový s antibakteriálním krytím, velikosti 5Fr. 15,20cm

Dotaz:

Bude zadavatel akceptovat katétr 5FR, pouze 20 cm dlouhý?

Odpověď

Ano, zadavatel bude akceptovat, pokud dodavatel nahradí délku 15 – 16 cm délkou 20 cm.

1a) Centrální žilní katétr

katétr jednolumenový s antibakteriálním krytím, velikosti 5Fr. 15 - 16, 20cm (15 - 16 cm možno nahradit 20 cm)

Dotaz č. 10

- u položky katétr jednolumenový s antibakteriálním krytím, velikosti 6Fr. 15,20cm

Dotaz:

Bude zadavatel akceptovat katétr 6FR, pouze 20 cm dlouhý?

Odpověď

Ano, zadavatel bude akceptovat, pokud dodavatel nahradí délku 15 – 16 cm délkou 20 cm.

1a) Centrální žilní katétr

katétr jednolumenový s antibakteriálním krytím, velikosti 6Fr. 15 - 16, 20cm (15 – 16 cm možno nahradit 20 cm)

Dotaz č. 11

- u položky katétr dvoulumenový s antibakteriálním krytím, velikosti 7Fr. 15,16,20cm

Dotaz:

Bude zadavatel akceptovat katétr pouze 15 cm a 20 cm dlouhý?

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat délku v rozmezí 15 - 16 cm a 20 cm.

1a) Centrální žilní katétr

katétr dvoulumenový s antibakteriálním krytím, velikosti 7Fr. ~~15,16,~~ 15 - 16, 20cm.

Dotaz č. 12

- u položky katétr třílumenový s antibakteriálním krytím, velikosti 7Fr. 15,16,20,30cm

Dotaz:

Bude zadavatel akceptovat katétr pouze 15 cm, 20 cm a 30 cm dlouhý?

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat délku v rozmezí 15 - 16 cm, 20 cm, 30 cm.

1a) Centrální žilní katétr

katétr třílumenový s antibakteriálním krytím, velikosti 7Fr. 15,16, 15 - 16, 20, 30cm

Dotaz č. 13

Dotaz:

Bude zadavatel u položky prodlužovací spojka, klemování a injekční porty akceptovat dodání injekčních portů pouze u vícelumenových katétrů?

Odpověď

Zadavatel požaduje injekční porty u všech katétrů.

Dotaz č. 14

V technické dokumentaci v části 1b) Centrální žilní katétr s balíčkem požaduje:

- u položky katétr jednolumenový s antibakteriálním krytím, velikosti 4Fr. 15cm

Dotaz:

Bude zadavatel akceptovat katétr 5FR, 20 cm dlouhý?

Odpověď

Zadavatel nebude akceptovat navrhované řešení uchazeče.

Dotaz č. 15

- u položky katétr jednolumenový s antibakteriálním krytím, velikosti 5Fr. 15,20cm.

Dotaz:

Bude zadavatel akceptovat katétr 5FR, pouze 20 cm dlouhý?

Odpověď

Ano, zadavatel bude akceptovat, pokud dodavatel nahradí délku 15 – 16 cm délkou 20 cm.

1b) Centrální žilní katétr s balíčkem

katétr jednolumenový s antibakteriálním krytím, velikosti 5Fr. 15 – 16, 20cm (15 -16 cm možno nahradit 20 cm)

Dotaz č. 16

- u položky katétr jednolumenový s antibakteriálním krytím, velikosti 6Fr. 15,20cm.

Dotaz:

Bude zadavatel akceptovat katétre pouze 6FR, 20 cm dlouhý?

Odpověď

Ano, zadavatel bude akceptovat, pokud dodavatel nahradí délku 15 – 16 cm délkou 20 cm.

1b) Centrální žilní katétr s balíčkem

katétr jednolumenový s antibakteriálním krytím, velikosti 6Fr. 15 – 16, 20cm (15 -16 cm možno nahradit 20 cm)

Dotaz č. 17

- u položky katétre dvoulumenový s antibakteriálním krytím, velikosti 7Fr. 15,16,20cm.

Dotaz:

Bude zadavatel akceptovat katétre pouze 15 cm a 20 cm dlouhý?

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat délku v rozmezí 15 - 16 cm a 20 cm.

1b) Centrální žilní katétr s balíčkem

katétre dvoulumenový s antibakteriálním krytím, velikosti 7Fr. 15,16, 15 – 16, 20cm.

Dotaz č. 18

- u položky katétre třílumenový s antibakteriálním krytím, velikosti 7Fr. 15,16,20,30cm.

Dotaz:

Bude zadavatel akceptovat katétre pouze 15 cm, 20 cm a 30 cm dlouhý?

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat délku v rozmezí 15 - 16 cm, 20 cm, 30 cm.

1b) Centrální žilní katétr s balíčkem

katétre třílumenový s antibakteriálním krytím, velikosti 7Fr. 15,16, 15 – 16, 20, 30cm

Dotaz č. 19

Dotaz:

Bude zadavatel u položky prodlužovací spojka, klemování a injekční porty akceptovat dodání injekčních portů pouze u vícelumenových katetrů?

Odpověď

Zadavatel požaduje injekční porty u všech katétrů.

Dotaz č. 20

Dotaz:

Bude zadavatel akceptovat dodání skalpelu jako součást balení centrálního žilního katétru?

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat skalpel jako součást balení katétru.

Zadavatel v zadávací dokumentaci provádí změnu znění článku 3. Předpokládaná hodnota

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je ~~5 793 333,-~~ **13 777 418,-** Kč bez DPH.

Zadavatel doplňuje zadávací dokumentaci a Přílohu č. 1 KS o Centrální žilní katétrů s balíčkem.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 2. 8. 2024 do 10:00 hodin.

Přílohy:

Zadávací dokumentace OPRAVA DLE VZD 1

Příloha č. 2 ZD Technické podmínky OPRAVA DLE VZD 1

Příloha č. 1 KS Dílčí specifikace ceny OPRAVA DLE VZD 1

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.