

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:

Ultrazvukový přístroj pro urologické pracoviště Svitavské nemocnice opakované znovuvyhlášení

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 26. 6. 2024

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98, resp. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Jako uchazeč bychom rádi nabídli specializovaný urologický ultrazvuk, s možností rozšíření o fúzní technologie pro biopsii prostaty.

Bude zadavatel akceptovat variantu přístroje viz příložený soubor s technickou specifikací?

Specializovaný ultrazvukový přístroj pro diagnostiku urogenitálních orgánů, s vybavením pro intervenční diagnostiku prostaty.
Plně digitální přístroj s výlučně digitálním formátováním UZ svazku.
Monitor s uhlopříčkou min. 19", možnost změny formátu otočení monitoru: poloha monitoru na výšku pro optimální zobrazení dvou rovin řezu prostaty v reálném čase a na šířku pro zobrazení ledviny a dalších orgánů.
Plochá vodotěsná dotyková klávesnice pro intuitivní ovládání i v rukavicích, určená pro snadnou dezinfekci po intervenčních výkonech.
Nastavení výšky klávesnice v rozsahu min. 25 cm pro práci vsedě i vestoje.
Možnost sklopení monitoru ke klávesnici pro transport přístroje.
Minimálně 3 aktivní konektory pro současné připojení elektronických ultrazvukových sond.
Šířka podvozku max. 60 cm pro snadný převoz přístroje po pracovišti.
Váha přístroje max. 75 kg pro jednoduchou manévrovatelnost a transport.
Energeticky úsporný a tichý provoz (max. 45 dB) pro klidnou práci při intervenčních výkonech.
Požadované zobrazovací režimy:
2D zobrazení (B-mode).
Tkáňové harmonické zobrazení (THI).
Barevné dopplerovské zobrazení CFM (Color Flow Mapping).
P (Power Doppler).
D (D-mode, PW, Pulsed Wave Doppler).
Kombinace módů: B + M, B + C, B + D(PW) (Duplex), B + P, B + C + D(PW) (Triplex), B + P + D(PW) (Triplex).
Simultánní duální zobrazení (rozdělený obraz): B + B, B + THI, B + (B + C), B + (B + P).

Odpověď

Zadavatel upřesňuje, že uchazeči umožní nabídnout specializovaný urologický ultrazvuk s možností rozšíření o fúzní technologie pro biopsii prostaty za předpokladu, že plní stávající znění technické specifikace.

Z výše uvedeného důvodu zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 29. 7. 2024 do 10 hod.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.