

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Název veřejné zakázky:

Endoskopické vybavení 1 pro Pardubickou nemocnici

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 1. 7. 2024

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Zadavatel ve Vysvětlení ZD ze dne 25.6. 2024 zamítl nabízený semirigidní ureteroskop z důvodu zachování co nejnižších průměrů, které umožňují provádění širšího spektra výkonů. Z toho důvodu Účastník sestavil následující dotaz.

Bude Zadavatel akceptovat obdobné technické řešení – semirigidní ureteroskop vnějším průměrem 9,8 Fr., vnějším průměrem distálního konce 8 Fr., úhlem pohledu 12 ° a přímým pracovním kanálem o průměru 6,2 Fr. Toto řešení splňuje požadavek na zachování co nejnižších průměrů a minimální traumatizaci tkání.

Odpověď

Zadavatel nebude akceptovat navrhované řešení uchazeče a z klinických důvodů trvá na stávajícím znění technické specifikace.

Dodavatelem nabízené řešení má menší vnější průměr, což omezuje potřebný průtok ureteroskopu, dále větší vnější průměr distálního konce, což významně zvyšuje traumatizaci tkáně pacienta, dále širší úhel pohledu, což ale v tomto případě je kontraproduktivní, protože se rozšiřuje cílená vizualizace do nežádoucího většího prostoru a v poslední řadě nabízí dodavatel užší pracovní kanál, který znemožňuje průchod komplexnímu spektru používaných nástrojů.

Dotaz č. 2

Zadavatel v příloze č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky požaduje:



Položka veřejné zakázky		Flexibilní cystoskop – 1 ks
Závazné charakteristiky a požadavky	Splnění požadavku ANO/NE	Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.
Flexibilní cystoskop		
průměr distálního konce zaváděcího tubusu max. 11,7 Fr.	(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)
průměr zaváděcího tubusu min. 16,5 Fr.	(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)
průměr pracovního kanálu min. 7,2 Fr.	(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)
dva vstupy do pracovního kanálu (irigace, nástroj)	(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)
zorné pole min. 120°	(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)
úhel pohledu 0°	(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)
hloubka ostrosti min. 3–50 mm	(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)
pracovní délka min. 380 mm	(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)
pohyb distálního konce nahoru/dolů - 210°/120°/	(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)
vestavěný moiré filtr pro potlačení moiré efektu v obraze	(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)
možnost doostření ostrosti obrazu na okuláru	(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)
kompatibilní se všemi zdroji světla Olympus	(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)
kompatibilní se standardními okuláry kamerových hlav	(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)
kompatibilní se světlovody různých typů a výrobců pomocí adaptérů (součástí balení)	(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)
možnost připojení přenosného LED zdroje světla (např. ENDOLED, zn. Olympus)	(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)
Požadované příslušenství		
sada čistících kartáčků	(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)
bioptický ventil	(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)
adaptér na světlovodný kabel	(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)
adaptér na pracovní kanál	(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)
sada těsnění	(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)
ETO sterilizační technika	(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)

Uchazeč disponuje obdobným technickým řešením, plně vyhovujícím požadovanému medicínskému účelu o těchto parametrech:



Flexibilní cystoskop
průměr distálního konce zaváděcího tubusu 15,5 Fr.
průměr zaváděcího tubusu 15,5 Fr.
průměr pracovního kanálu 7,0 Fr.
dva vstupy do pracovního kanálu (irigace, nástroj)
zorné pole 110°
úhel pohledu 0°
hloubka ostrosti 5–50 mm
pracovní délka 370 mm
pohyb distálního konce nahoru/dolů - 210°/140°
vestavěný moiré filtr pro potlačení moiré efektu v obraze
možnost doostření ostrosti obrazu na okuláru
kompatibilní se všemi zdroji světla Olympus
kompatibilní se standardními okuláry kamerových hlav
kompatibilní se světlovody různých typů a výrobců pomocí adaptérů (součástí balení)
možnost připojení přenosného LED zdroje světla (např. ENDOLED, zn. Olympus)
Požadované příslušenství
sada čistících kartáčků
bioptický ventil
adaptér na světlovodný kabel
adaptér na pracovní kanál
sada těsnění
ETO sterilizační technika

Bude zadavatel plně akceptovat výše popsané obdobné technické řešení?

Odpověď

U flexibilního cystoskopu zadavatel akceptuje změnu zorného pole na min. 110°, rozmezí hloubky ostrosti na min. 5-50 mm a pohyb distálního konce nahorů/dolů na rozmezí min. -210°/120°. U ostatních parametrů zadavatel nebude dále akceptovat navrhované řešení uchazeče a z klinických důvodů trvá na stávajícím znění technické specifikace. Dodavatelem nabízené řešení má menší vnější průměr, což omezuje potřebný průtok cystoskopu, dále větší vnější průměr distálního konce, což významně zvyšuje traumatizace tkáně pacienta, dále širší úhel pohledu, což ale v tomto případě je kontraproduktivní, protože se rozšiřuje cílená vizualizace do nežádoucího většího prostoru a v poslední řadě nabízí dodavatel užší pracovní kanál, který znemožňuje průchod komplexnímu spektru používaných nástrojů.



Dotaz č. 3

Zadavatel v příloze č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky požaduje:

Položka veřejné zakázky		Semirigidní ureteroskop - 1 ks	
Závazné charakteristiky a požadavky		Splnění požadavku ANO/NE	Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.
Semirigidní ureteroskop			
resterilizovatelný semirigidní ureteroskop (musí umožňovat sterilizaci parním sterilizátorem ve 134°C)		(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)
maximální vnější průměr 10,4 Fr.		(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)
maximální vnější průměr distálního konce 7,3 Fr.		(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)
úhlový okulár pro připojení kamerové hlavy		(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)
pracovní délka minimálně 430 mm		(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)
úhel pohledu 5°		(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)
vestavěný moiré filtr		(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)
atraumatický distální konec pro snadné zavedení do močového, tzv. „nos“		(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)
antireflexní úprava distálního konce		(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)
přímý pracovní kanál o minimálním průměru 6,4 Fr.		(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)
dvojitý vstup do pracovního kanálu		(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)
vstupní a výstupní konektory k připojení proplachu		(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)
Požadované příslušenství			
1 ks sterilizační kontejner s úchyty pro aretaci nástroje		(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)
1 ks světlovedný kabel, průměr min. 2,8 mm, délka min. 3 m, k připojení do zdrojů světla zn. Olympus		(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)
10 ks náhradní těsnění pro pracovní kanál		(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)
2 ks adaptér na pracovní kanál s jedním uzavíratelným kohoutem		(doplň dodavatel)	(doplň dodavatel)

Uchazeč disponuje obdobným technickým řešením, plně vyhovujícím požadovanému medicínskému účelu o těchto parametrech:



Semirigidní ureteroskop
resterilizovatelný semirigidní ureteroskop (umožňuje sterilizaci v párim sterilizátoru ve 134°C)
vnější průměr 9,9 Fr.
vnější průměr distálního konce 6,5 Fr.
úhlový okulár pro připojení kamerové hlavy
pracovní délka 430 mm
úhel pohledu 6°
vestavěný moiré filtr
atraumatický distální konec pro snadné zavedení do močovodu, tzv. „nos“
přímý pracovní kanál o průměru 4,8 Fr.
dvojitý vstup do pracovního kanálu
vstupní a výstupní konektory k připojení proplachu
Požadované příslušenství
1 ks sterilizační kontejner s úchyty pro aretaci nástroje
1 ks světlovodný kabel, průměr 2,8 mm, délka 3 m, k připojení do zdrojů světla zn. Olympus
10 ks náhradní těsnění pro pracovní kanál
2 ks adaptér na pracovní kanál s jedním uzavíratelným kohoutem

Bude zadavatel plně akceptovat výše popsané obdobné technické řešení?

Odpověď

U semirigidního ureteroskopu zadavatel akceptuje změnu úhlu pohledu v rozmezí 4 - 6°. Uchazeč v dotazu neuvedl, že jeho nabízené řešení obsahuje „antireflexní úpravu distálního konce“ jenž je požadavkem semirigidního ureteroskopu. U ostatních parametrů zadavatel nebude dále akceptovat navrhované řešení uchazeče a z klinických důvodů trvá na stávajícím znění technické specifikace. Dodavatelem nabízené řešení má menší vnější průměr, což omezuje potřebný průtok ureteroskopu, dále větší vnější průměr distálního konce, což významně zvyšuje traumatizace tkáně pacienta, dále širší úhel pohledu, což ale v tomto případě je kontraproduktivní, protože se rozšiřuje cílená vizualizace do nežádoucího většího prostoru a v poslední řadě nabízí dodavatel užší pracovní kanál, který znemožňuje průchod komplexnímu spektru používaných nástrojů.

Příloha:

Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky OPRAVA DLE VZD 2

Z výše uvedeného důvodu zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 2. 8. 2024 do 12:00 hod.