



## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:	Rigidní optiky a fibroskopy – část 3
Název části veřejné zakázky:	Dětské fibroskopy
Druh zadávacího řízení:	otevřené řízení
Režim veřejné zakázky:	nadlimitní
Předmět veřejné zakázky:	dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.  
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice  
IČO: 27520536

V Pardubicích dne 19. 7. 2024

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98, resp. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

### Dotaz č. 1

Námi nabízený fibroskop ENF-XP disponuje fixním světlovodným kabelem zabudovaným do těla endoskopu, vzhledem ke konstrukci a průměru, byl tento endoskop navržen tímto způsobem, aby se omezilo přenášení v rámci oddělení a tím také snížilo riziko poškození. Endoskopy požaduje zadavatel umístit na ambulance ORL, které jsou vybaveny unity a také endoskopickými sestavami, proto nám přijde neekonomické, aby oddělení nakupovalo další stacionární LED zdroj světla, když ambulance disponují minimálně vždy jedním.

Bude zadavatel akceptovat dodávku bez LED zdroje světla a jeho příslušenství?

### Odpověď

**Zadavatel upravuje znění požadovaného technického parametru: Dodávka včetně zkoušečky těsnosti ke každému fibroskopu.**

**Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 20. 8. 2024 do 10:00 hodin.  
Prodloužení lhůty se týká celé veřejné zakázky (všech částí).**

Přílohy:

Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky OPRAVA DLE VZD 1

Oddělení veřejných zakázek  
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.