



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky: Endoskopické sestavy pro Pardubickou nemocnici – část 2
Název části veřejné zakázky: Dodávka endoskopických sestav II
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO: 27520536

V Pardubicích dne 22. 7. 2024

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98, resp. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Dobrý den,
tímto bychom rádi podali Žádost o vysvětlení ZD pro Část 2 Dodávka endoskopických sestav II.

Bude Zadavatel akceptovat endoskopický vozík ITD EUS s níže uvedenými rozměry

- Rozměry samotného vozíku ITD EUS : 1500 mm (V) x 624 mm (H) x 618 mm (Š)

Odpověď

Zadavatel upravuje znění požadovaného technického parametru: Minimální rozměry: 1400 mm (V) x 620 mm (H) x 610 mm (Š)

Dotaz č. 2

- Rozměry příslušenství : držák CO2 Ø 205 mm, boční police šířka 390 mm
- Po doplnění příslušenství splňuje vozík požadované parametry zadavatele viz příloha technická specifikace

Odpověď

Zadavatel upravuje znění požadovaného technického parametru: Rozměry příslušenství: držák CO2 Ø min. 205 mm, boční police šířka min. 390 mm

**Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 23. 8. 2024 do 10:00 hodin.
Prodloužení lhůty se týká celé veřejné zakázky (všech částí).**

Přílohy:

Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky OPRAVA DLE VZD 1

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.