

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Název veřejné zakázky:	Rigidní optiky a fibroskopy – část 3
Název části veřejné zakázky:	Dětské fibroskopy
Druh zadávacího řízení:	otevřené řízení
Režim veřejné zakázky:	nadlimitní
Předmět veřejné zakázky:	dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 13. 8. 2024

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98, resp. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Zadavatel ve Vysvětlení ZD č. 1 uveřejněném na profilu zadavatele dne 19. 7. 2024 v odpovědi na Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace provedl změnu technického parametru.

Původní znění technického parametru:

„Dodávka včetně LED zdroje světla, baterie a zkoušečky těsnosti ke každému fibroskopu“

Technický parametr po změně uveřejněný v odpovědi dne 19. 7. 2024 ve Vysvětlení ZD č. 1:

„Dodávka včetně zkoušečky těsnosti ke každému fibroskopu“

Zadavatel současně jako přílohu Vysvětlení ZD č. 1 uveřejnil dokument s názvem:

Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky OPRAVA DLE VZD 1

Zadavatel zjistil, že v **Příloze č. 2 ZD - Technické podmínky OPRAVA DLE VZD 1** nebyla provedena změna výše uvedeného technického parametru. Z toho důvodu zadavatel opravuje Přílohu č. 2 ZD – Technické podmínky_část 3, kde promítne změnu technického parametru uvedenou ve Vysvětlení ZD č. 1

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 16. 9. 2024 do 10:00 hodin.

Prodloužení lhůty se týká celé veřejné zakázky (všech částí).

Přílohy:

Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky_část 3 OPRAVA DLE VZD 1 a 2

Oddělení veřejných zakázek

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.