



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:

Sušicí skříně pro endoskopy pro interní oddělení Pardubické nemocnice

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 29. 8. 2024

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz

Zadavatel v Příloze ZD Příloha č. 2 zadávací dokumentace – *Technické podmínky* následující požadavek:

... uložení min. osmi flexibilních endoskopů ve vertikální pozici ...

... výška 2150 mm, šířka max. 1300 mm, hloubka max. 470 mm ...

Uchazečem nabízený systém disponuje horizontálním uspořádáním založený na principu využívání speciálních kontejnerů na sušení endoskopů. Tento způsob uchovávání endoskopů **nabízí následující výhody:**

- **úspora prostoru** - endoskopy jsou nad sebou, ne vedle sebe. Rozměry skříně jsou tak menší.
- kontejner ve kterém je endoskop je uzavíratelný víkem, což poskytuje **ochranu endoskopů před poškozením a opětovnou kontaminaci** během přepravy a skladování
- **výrazné snížení rizika křížové kontaminace** - při vkládání a vyjmutí se personál nedotýká ostatních endoskopů
- **lepší ergonomie** - kontejnery jsou vyjímatelné, kontejner můžete dát na pracovní plochu a použít obě ruce při vkládání endoskopu a připojování konektorů

Mohl by zadavatel akceptovat nabídku, která bude obsahovat dodávku sušicí skříně s horizontálním uspořádáním o rozměrech (š/h/v) 900/600/2050 mm

Tento typ sušicí skříně jinak splňuje všechny ostatní technické požadavky a **nemění nijak účel použití ani medicínský účel.**

Zároveň by povolení dodávky sušicí skříně s horizontálním uspořádáním umožnilo zadavateli získat případnou výhodnější nabídku rozšířením okruhu potencionálních dodavatelů.

Odpověď

Zadavatel upřesňuje, že navrhované rozměry uchazeče nebude akceptovat. Z důvodu velmi omezených prostorových možností zadavatele byla v rámci veřejné zakázky provedena prohlídka pracoviště. Sušicí skříně se budou nacházet přímo v místě vyšetřovny a navrhovaná hloubka skříně by již zasahovala do



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NEMOCNICE
PARDUBICKÉHO KRAJE

pracovního prostoru vyšetřujícího personálu, čímž by došlo k eliminaci užitného prostoru na diagnostickém pracovišti.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.