



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:
**Endoskopické vybavení pro porodnicko-gynekologickou kliniku
Pardubické nemocnice**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO: 27520536

V Pardubicích dne 9. 9. 2024

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Zadavatel v příloze č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky pro část 1 u položky Hysteroskop diagnostický - 1 ks požaduje tento parametr: „Obturátor 5 mm pro 12° optiku, 1 ks“.

Účastníkovi není jasné, jaký obturátor Zadavatel přesně požaduje. U řešení, které Účastník nabízí, není tento obturátor při použití diagnostického hysteroskopu vůbec zapotřebí a tudíž není nutné tento obturátor dodávat.

Bude Zadavatel akceptovat dodání celého setu hysteroskopu dle zadání Zadavatele ale bez obturátoru, aniž by se změnila fučnost a účel použití?

Odpověď

Tazatel neuvádí, jakým způsobem nahrazuje bezpečnostní funkci obturátoru, proto se k jeho dotazu nelze vyjádřit. Zadavatel přesto upozorňuje že požadovaná položka hysteroskop diagnostický musí být kompatibilní se stávající kamerovou hlavou Olympus CH-S400, která se používá na pracovišti zadavatele, na které je hysteroskop diagnostický požadován.

Dotaz č. 2

Zadavatel v příloze č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky pro část 1 u položky Cystoskop diagnostický - 1 ks požaduje tento parametr: „kompatibilita se stávajícími optikami OES Pro a OES ELITE výrobce Olympus“.



Účastníkem nabízené řešení je kompatibilní jen s nabízenými optikami nikoliv s optikami OES Pro a OES ELITE výrobce Olympus. Tento parametr považuje Účastník za velmi diskriminační a znemožňující podat nabídku komukoliv jinému, než výrobci OLYMPUS.

Bude i nadále Zadavatel trvat na parametru: „kompatibilita se stávajícími optikami OES Pro a OES ELITE výrobce Olympus“?

Odpověď

Zadavatel požaduje kompatibilitu se stávajícími optikami OES Pro a OES ELITE výrobce Olympus, které se používají na pracovišti zadavatele, na které je cystoskop diagnostický požadován. Jiné než kompatibilní zařízení by představovalo pro zadavatele zvýšené finanční náklady.

Dotaz č. 3

Zadavatel v příloze č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky pro část 1 u položky Cystoskop diagnostický - 1 ks požaduje tento parametr: „kompatibilita se stávajícím bipolárním resektoskopem TURis výrobce Olympus“.

Tento parametr považuje Účastník za velmi diskriminační a znemožňující podat nabídku komukoliv jinému, než výrobci OLYMPUS a je tím pádem v přímém rozporu se zachováním principu hospodářské soutěže.

Bude i nadále Zadavatel trvat na parametru: „kompatibilita se stávajícím bipolárním resektoskopem TURis výrobce Olympus“?

Odpověď

Zadavatel požaduje kompatibilitu se stávajícím bipolárním resektoskopem TURis výrobce Olympus, který je používán na pracovišti zadavatele, na které je cystoskop diagnostický požadován. Jiné než kompatibilní zařízení by představovalo pro zadavatele zvýšené finanční náklady.

Dotaz č. 4

Zadavatel v příloze č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky pro část 1 u položky Cystoskop terapeutický - 1 ks požaduje tento parametr: „kompatibilita se stávajícími optikami OES Pro a OES ELITE výrobce Olympus“.

Účastníkem nabízené řešení je kompatibilní jen s nabízenými optikami nikoliv s optikami OES Pro a OES ELITE výrobce Olympus. Tento parametr považuje Účastník za velmi diskriminační a znemožňující podat nabídku komukoliv jinému, než výrobci OLYMPUS.

Bude i nadále Zadavatel trvat na parametru: „kompatibilita se stávajícími optikami OES Pro a OES ELITE výrobce Olympus“?

Odpověď



Zadavatel požaduje kompatibilitu se stávajícími optikami OES Pro a OES ELITE výrobce Olympus, které jsou používány na pracovišti zadavatele, na které je cystoskop terapeutický požadován. Jiné než kompatibilní zařízení by představovalo pro zadavatele zvýšené finanční náklady.

Dotaz č. 5

Zadavatel v příloze č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky pro část 1 u položky Cystoskop terapeutický - 1 ks požaduje tento parametr: „kompatibilita se stávajícím bipolárním resektoskopem TURis výrobce Olympus“.

Tento parametr považuje Účastník za velmi diskriminační a znemožňující podat nabídku komukoliv jinému, než výrobcí OLYMPUS a je tím pádem v přímém rozporu se zachováním principu hospodářské soutěže.

Bude i nadále Zadavatel trvat na parametru: „kompatibilita se stávajícím bipolárním resektoskopem TURis výrobce Olympus“?

Odpověď

Zadavatel požaduje kompatibilitu se stávajícím bipolárním resektoskopem TURis výrobce Olympus, který je používán na pracovišti zadavatele, na které je cystoskop terapeutický požadován. Jiné než kompatibilní zařízení by představovalo pro zadavatele zvýšené finanční náklady.

Dotaz č. 6

Zadavatel v příloze č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky pro část 1 u položky Hsyteroskopické vybavení (proplachová pumpa) - 1 ks požaduje tento parametr: „Funkce rozpoznání nástroje“.

Tento parametr popisuje přesné řešení pumpy výrobce OLYMPUS a znemožňuje tímto parametrem podat nabídku komukoliv jinému, než výrobcí OLYMPUS a jedná tím pádem opět o diskriminační parametr.

Bude Zadavatel akceptovat dodání proplachové pumpy s balančním mechanismem bez „Funkce rozpoznání nástroje“ při zachování ostatních parametrů?

Odpověď

Zadavatel nebude akceptovat nabízené řešení dodavatele, kde dochází ke snížení požadované kvality a nadále požaduje parametr: „Funkce rozpoznání nástroje“. Uvedená funkcionality je již běžnou součástí pump od více výrobců.