

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

|                                  |                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název veřejné zakázky:           | <b>Skiagrafický RTG komplet s přímou digitalizací a PACS systém pro radiodiagnostické pracoviště Nemocnice následné péče Moravská Třebová</b> |
| Identifikační údaje o zadavateli |                                                                                                                                               |
| Název:                           | Nemocnice následné péče Moravská Třebová                                                                                                      |
| Sídlo:                           | Svitavská 480/25, 571 16 Moravská Třebová                                                                                                     |
| IČO:                             | 001 93 895                                                                                                                                    |
| Veřejná zakázka podle předmětu:  | Veřejná zakázka na dodávky                                                                                                                    |
| Forma zadávacího řízení:         | Otevřené řízení                                                                                                                               |
| Limit veřejné zakázky:           | Nadlimitní                                                                                                                                    |

---

Zadavatel níže poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

---

## **DOTAZ 1**

Zadávací dokumentace strana č. 1

### **3.1. POPIS PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

„Součástí předmětu veřejné zakázky je rovněž ..... a stavební úpravy v prostorách realizace zakázky nutné k instalaci, vč. demontáže a ekologické likvidace stávajícího RTG zařízení.“

Na základě zadávací dokumentace a prohlídky místa plnění jsme zjistili, že zadavatel bude požadovat stavební úpravy stropního podhledu, včetně zabudovaného osvětlení.

Žádáme Zadavatele, zda by upřesnil jaké má minimální požadavky na typ a parametry osvětlení?

### **ODPOVĚĎ 1**

V souvislosti s úpravou stropního podhledu zadavatel požaduje instalaci nových svítidel (náhradu 8 ks stávajících podhledových zářivkových svítidel 4 x 18 W v snímkovně a 2 ks stejných zářivkových svítidel v ohlašovně). Nová svítidla musí mít odpovídající intenzitu osvětlení, chromatičnost 4 000 K a musí být stmívatelná ovladačem - je vyžadováno řízení systémem DALI. Zadavatel nestanovuje rozměry svítidel (rozměry svítidel je možné přizpůsobit jednotlivým návrhům úpravy podhledu, svítidla však musí být instalována tak, aby byla z rastru demontovatelná a přístupná pro případnou opravu). Ovládání a spínání svítidel zajišťuje zadavatel.

---

## **DOTAZ 2**

Příloha č. 1 kupní smlouvy - Technická specifikace

8. Akviziční / ovládací stanice: položka 8.21

„Operační systém Windows 11 Pro nebo vyšší“

Z položky č. 8.21 technické specifikace vyplývá, že zadavatel požaduje operační systém Windows 11 nebo vyšší. Předpokládáme, že tento požadavek je motivován zajištěním kybernetické bezpečnosti a dlouhodobé podpory ze strany výrobce OS. Podpora pro komerční verzi Windows 10 (Home, Pro...) bude ukončena v říjnu 2025, nicméně pro vyšší verzi operačního systému Windows Enterprise bude podpora výrobce pokračovat a to Pravidelnými měsíčními aktualizacemi.

Bude zadavatel akceptovat systém s operačním systémem Windows 10/11 Enterprise s tím, že jakmile skončí podpora tohoto systému ze strany výrobce, provedeme bezplatný upgrade na podporovanou adekvátní verzi operačního systému Windows?

## **ODPOVĚĎ 2**

Ano.

---

## **INFORMACE**

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace a rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, jak je uvedeno níže. Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a upravuje Oznámení o zahájení zadávacího řízení následovně:

### **LHŮTY V ZADÁVACÍM POSTUPU DO PODÁNÍ NABÍDEK**

Lhůta pro podání nabídek – den: **15. 10. 2024**

Lhůta pro podání nabídek – čas: **10:00**

Opravené Oznámení o zahájení zadávacího řízení bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek a Úředním věstníku EU.