

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:

Urologický a gynekologický materiál

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení (otevřená výzva)

Režim veřejné zakázky: podlimitní

Druh veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 27. 11. 2024

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1 pro část 2

Pro část 2 zadavatel požaduje objem měření hodinové diurézy 500ml.

Bude prosím zadavatel akceptovat objem měření hodinové diurézy 450ml?

Odpověď

Zadavatel požaduje dodržení objemu 500 ml. Ze zkušeností klinických pracovišť je u mnohých pacientů i nádoba o objemu 500 ml nedostatečná.

Dotaz č. 2 pro část 4

Chceme se zeptat pro část 4 - bude zadavatel akceptovat 7denní dobu užívání, která je uvedena v technickém listu a ne v návodu k použití?

Rádi bychom poznamenali, že u močových sáčků není návod k použití zákonem vyžadován.

Odpověď

Pokud nemá materiál kategorie I návod k použití, bude zadavatel akceptovat doložení používání 7-dní, které bude uvedeno v technickém listu.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 16. 12. 2024 do 10:00 hodin.

Příloha:

Příloha č. 2 výzvy - Technické podmínky pro všechny části OPRAVA DLE VZD 1

Oddělení veřejných zakázek

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.