

Specifikace předmětu plnění - intraoseální jehly_část B

Specifikace a technické parametry předmětu plnění – souprava jehel k vrtačce pro nitrokostní cévní přístup

účel použití: intraoseální přístup zajišťuje podání léků do cévního řečiště cestou kostní dřeně

požadujeme:

- sterilní set, který tvoří katetr s konektorem Luer-lock, jehla, ochranný box a identifikační pásek

- tloušťka jehly: 15Ga (gauge)

- délka jehly:

jehla růžová dětská 3-39 kg - délka 15 mm

jehla modrá dospělá nad 40 kg - délka 25 mm

jehla žlutá dlouhá pro obézní - délka 45 mm

- jehla musí být kompatibilní s EZ-IO G3 intraoseální vrtačkou a s fixátorem intraoseální jehly

- jehla musí být v seznamu ZUM – hrazena zdravotní pojišťovnou a s expirací minimálně 3 roky