

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky: **Dodávka injekčních stříkaček a jehel**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení,
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO: 27520536

V Pardubicích dne 9. 1. 2025

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

„Bude zadavatel u injekční stříkačky dvoudílné 2ml akceptovat značení stupnice do objemu 2,3ml?“

Odpověď:

Zadavatel trvá na prodloužené stupnici u 2ml stříkačky až na 3ml. Objem do 2,3ml je nedostačující, který zadavatel nemůže akceptovat.

Dotaz č. 2:

„Je předpokládaná cena jednotlivých částí jen doporučená, nebo je maximální a nepřekročitelná?“

Odpověď:

Dle čl. 3 zadávací dokumentace – „Předpokládaná hodnota veřejné zakázky“ je cena stanovena jako předpokládaná, nikoliv jako maximální a nepřekročitelná.

