

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:

Pacientská pásová myčka nádobí

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení, zjednodušené podlimitní řízení

Režim veřejné zakázky: podlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 22. 1. 2025

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98, resp. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Zadavatel v Příloze č. 2 výzvy - Technické podmínky provádí opravu technického parametru:

- volný výjezd (pracovní výška min. 900 mm) délky min. 100 mm,

Správné znění technického parametru:

- volný výjezd (pracovní výška min. 900 mm) délky min. **1000 mm**,

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 12. 2. 2025 do 10:00 hodin.

Příloha:

Příloha č. 2 výzvy - Technické podmínky OPRAVA DLE VZD 1