

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Název veřejné zakázky: **Dodávka injekčních stříkaček a jehel**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení,
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO: 27520536

V Pardubicích dne 23. 1. 2025

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98, resp. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz k části 1

Bude zadavatel akceptovat stříkačky s těmito stupnicemi?

2ml do 2,5ml
5ml do 6ml
10ml do 11ml
20ml do 24ml

Odpověď:

2ml do 2,5ml: Zadavatel trvá na prodloužené stupnici u 2ml stříkačky do objemu 3ml, ale bude tolerovat i prodlouženou stupnici do 2,7 ml.

5ml do 6ml: Požadavek zadavatele zní: „Stříkačka injekční dvoudílná sterilní 5 ml, konus uložen excentricky, stupnice po 0,2 ml, značení do objemu 6 ml“. Nabídnutá prodloužená stupnice je v souladu s požadavkem zadavatele.

10ml do 11ml: Zadavatel trvá na prodloužené stupnici u 10 ml stříkačky do objemu 12 ml.

20ml do 24ml: Požadavek zadavatele zní: „Stříkačka injekční dvoudílná sterilní 20 ml, konus uložen excentricky, stupnice po 1 ml, značení do objemu 24 ml“. Nabídnutá prodloužená stupnice je v souladu s požadavkem zadavatele.

Zadavatel upozorňuje na toleranci prodloužené stupnice +/- 10 % u stříkaček injekčních dvoudílných, lavážních, která je uvedena v příloze č. 2 ZD – Technické podmínky.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 27. 2. 2025 do 10:00 hodin.

Příloha:

Příloha č. 1 KS - Dílčí specifikace ceny, část 1 OPRAVA DLE VZD 2

Oddělení veřejných zakázek

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.