

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky: Ochranné návleky, prostěradla, příkrývky

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení, zjednodušené podlimitní řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO: 27520536

V Pardubicích dne 27. 1. 2025

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

1. Dotaz pro část č. 2 veřejné zakázky

dotaz k části 2 - Návlek na endokameru 14x250 cm

Umožní nám prosím zadavatel nabídnout návlek na endokameru v rozměru 13x250cm splňující všechny ostatní požadavky zadavatele?

Odpověď

Zadavatel akceptuje nabídku návleku na endokameru o rozměru 13x250cm.

2. Dotaz pro všechny části veřejné zakázky

prosíme doplnit do Přílohy č. 3 - Návrh kupní smlouvy, čl. XI. Závěrečná ustanovení, jako poslední bod 11. větu: "Smluvní strany se zavazují postupovat v souladu s Nařízením evropského parlamentu a Rady EU 2017/745 (MDR)."

Odpověď

Zadavatel vyhoví žádosti a doplní požadované znění do čl. XI. Závěrečná ustanovení, bod 11 Přílohy č. 3 výzvy – Závazný návrh kupní smlouvy.

3. Dotaz pro část č. 4 veřejné zakázky

v části č. 4 u položky „Příkrývka jednorázová 400 g“ bychom se rádi zeptali, zda bude zadavatel akceptovat nabídku příkrývky, která má hmotnost 500 g, namísto požadovaných 400 g. Domníváme se, že takový produkt může splňovat či dokonce překonávat stanovené požadavky na kvalitu a funkčnost.

Odpověď

Zadavatel akceptuje nabídku na vyšší gramáž se splněním všech dalších požadavků na funkčnost a kvalitu dle technické specifikace.

4. Dotaz pro část 3 veřejné zakázky

v návaznosti na část č. 3 zadávací dokumentace týkající se ochranných návleků na matrace bychom Vás chtěli požádat o upřesnění síly návleku v μm . Na základě našich dlouholetých zkušeností se v praxi osvědčila optimální síla návleku kolem 30 μm . Předem Vám děkujeme za odpověď a za případné doplnění této informace.

Odpověď

Zadavatel akceptuje nabídku návleku na matraci o síle návleku 30 μm .

5. Dotaz pro část 2 veřejné zakázky

pro část 2 - bude zadavatel akceptovat námi nabízený produkt návlek na endokameru ICE4240 nebo ICE4245 - viz technické listy s nabízenými parametry? Požadujete dle specifikace rozmer 14 x 250 cm, budete tedy akceptovat rozmer 18 x 250 cm se specifikací -Kryt na videokameru se seříznutým hrotem, 18 x 250 cm, s kartonovou destičkou pro aplikaci a pružnou lepicí páskou, teleskopicky skládací, příp. budete akceptovat rozmer - 13 x 240 cm se specifikací - Kryt na videokameru se seříznutým hrotem, 13 x 240 cm, s kartonovou destičkou pro aplikaci a pružnou lepicí páskou, teleskopicky skládací?

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat nabídku návleku na endokameru o rozměru 18x250cm při dodržení ostatních požadovaných technických podmínek. Návlek o rozměru 13 x 240 cm zadavatel neakceptuje, kratší délka by nemusela pokrýt celou délku kabeláže. Návlek se používá v celé NPK a je využíván na celé řadě pracovišť, kde délka kabeláže není jednotná. Délka 250 cm je vyzkoušená a vyhovuje nejvíce. Větší šířka by neměla být překážkou.

6. Dotaz pro část 4 veřejné zakázky

v pro část 4 - položka prikrývka400 g - bude zadavatel akceptovat gramáž 144g/m² (rozmer 110x 210cm) = t.j. celková gramáž prikrývky 333g ale z rozdílného - lepšího materiálu, který má lepší výhrevní vlastnosti - viz Technický list a brožura? spec. nabízené prikrývky: tepla, která je vyrobena z 60 % z recyklované polyesterové vaty. Nižší hmotnost je výsledkem nižší spotřeby surovin a snížení množství obalového odpadu je dosaženo umístěním dvou přikrývek do jednoho polylineru. Poskytuje také teplo a pohodlí tím, že reguluje teplotu pacienta, a přispívá k důstojnosti tím, že maskuje skvrny.

Odpověď

Nižší gramáž, než požaduje zadavatel v technické specifikaci pro část 4, nebude akceptována, zadavatel požaduje dodržení podmínek uvedených v technické specifikaci. Každá požadovaná gramáž má své využití.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 17. 2. 2025 do 10:00 hodin.

Přílohy:

Příloha č. 2 výzvy - Technické podmínky pro všechny části_OPRAVA DLE VZD1

Příloha č. 3 výzvy - Závazný návrh kupní smlouvy pro všechny části OPRAVA DLE VZD 1

Příloha č. 1 KS Dílčí specifikace ceny, část 2_OPRAVA DLE VZD1

Příloha č. 1 KS Dílčí specifikace ceny, část 4_OPRAVA DLE VZD 1

Oddělení veřejných zakázek

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.