

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:

Elektrochirurgické přístroje do Pardubické nemocnice

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 19. 3. 2025

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98, resp. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1 pro část 1

V technických podmínkách veřejné zakázky Elektrochirurgické přístroje do Pardubické nemocnice pro část č 1. Harmonický skalpel zadavatel v rámci prokázání technických parametrů požaduje:

Obsahuje funkci pro zajištění automatického přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie

Dotaz – Tazatel se domnívá, že tento parametr nelze spolehlivě prokázat u ultrazvukového („harmonického“) skalpelu. Principem účinku ultrazvukového skalpelu na tkáň je zahřátí mechanickým pohybem aktivní části nástroje v přednastavené frekvenci. Tuto frekvenci nelze v průběhu aktivace ovlivnit. Bude zadavatel trvat na prokázání tohoto parametru ?

Odpověď:

Zadavatel akceptuje objasnění uchazeče. Na základě uvedeného vysvětlení zadavatel netrvá na prokázání uvedeného parametru.

Dotaz č. 2 pro část 1

V technických podmínkách veřejné zakázky Elektrochirurgické přístroje do Pardubické nemocnice pro část č 1. Harmonický skalpel zadavatel v rámci prokázání technických parametrů požaduje:

Pracovní teploty musí být do min. 100 °C

Dotaz - Tazatel se domnívá, že tento parametr nelze spolehlivě prokázat, protože dosažená maximální teplota je kromě jiného závislá na délce doby aktivace nástroje a množství ošetřované tkáně. Jestliže dojde k aktivaci i po oddělení ošetřované tkáně, teplota může následně přesáhnout 100 °C z důvodu vzájemného tření dvou rigidních struktur. Bude zadavatel akceptovat jako splnění požadavku technologii, která automaticky ukončí dodávku energie do nástroje současně s oddělením ošetřované tkáně?

Odpověď:

Zadavatel akceptuje objasnění uchazeče a upravuje původní znění technického parametru: Pracovní teplota musí být do 100 °C nebo přístroj musí mít technologii, která automaticky ukončí dodávku energie do nástroje současně s oddělením ošetřované tkáně.

Dotaz č. 3 pro část 3

V technických podmínkách veřejné zakázky Elektrochirurgické přístroje do Pardubické nemocnice pro část č 3. Elektrokoagulace zadavatel v rámci prokázání technických parametrů požaduje:

Paměť na min. 99 programů (přednastavené a volně programovatelné)

Dotaz - Tazatel se domnívá, že počet 99 programů je nadbytečný a nevyužitelný. Tazatel nabízí možnost až 40 přednastavených a volně programovatelných programů, což je klinickou praxí potvrzeno jako zcela dostačující počet. Bude zadavatel akceptovat možnost 40 nastavitelných programů?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat paměť na min. 40 programů.

Dotaz č. 4 pro část 3

V technických podmínkách veřejné zakázky Elektrochirurgické přístroje do Pardubické nemocnice pro část č 3. Elektrokoagulace zadavatel v rámci prokázání technických parametrů požaduje:

Konektor pro připojení argonové jednotky

Dotaz - Vzhledem k nejčastějšímu použití argonové koagulace při endoskopických gastrointestinálních výkonech se tazatel domnívá, že se jedná o nadbytečný parametr, který nebude mít reálné využití v oplativě URO/GYN. Bude zadavatel trvat na splnění tohoto parametru, respektive bude nesplnění tohoto parametru důvodem k vyloučení z účasti v této části výběrového řízení ?

Odpověď:

Zadavatel akceptuje objasnění uchazeče a odstraňuje parametr z technické specifikace.

Dotaz č. 5 pro část 3

V technických podmínkách veřejné zakázky Elektrochirurgické přístroje do Pardubické nemocnice pro část č 3. Elektrokoagulace zadavatel v rámci prokázání technických parametrů požaduje:

Nastavení hemostatického efektu v min. rozmezí 1 až 8

Dotaz - Tazatel se domnívá, že možnost nastavení efektu v 8 stupních je nadbytečná a může být i matoucí z uživatelského hlediska. Tazatel nabízí regulaci efektu hemostázy ve třech stupních, což je dlouhodobě potvrzeno jako efektivní a zcela dostačující rozpětí. Bude zadavatel akceptovat nastavení efektu ve 3 stupních?

Odpověď:

**Zadavatel akceptuje navrhované řešení uchazeče a upravuje technický parametr:
„Nastavení hemostatického efektu v min. 3 stupních“**

Dotaz č. 6

V čl. IV. odst. 9 návrhu kupní smlouvy je právo kupujícího odmítnout úhradu kupní ceny v případě, že na prodávajícího bude podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. Prosíme o zdůvodnění tohoto ustanovení a odkaz na praxi, ze které kupující vychází, neboť v rámci insolvenci takovýto postup nedává logicky smysl. Pokud kupující obdržel zboží a přešlo na něj vlastnické právo (okamžikem předání a převzetí zboží), pak je jeho povinností - není-li orgánem veřejné moci rozhodnuto jinak – provést úhradu kupní ceny. Bude kupující akceptovat odstranění tohoto ustanovení (celý odst. 9 čl. IV.) z návrhu kupní smlouvy?

Odpověď:

Zadavatel vyhoví požadavku uchazeče a z návrhu smlouvy odstraní uvedené ustanovení.

Dotaz č. 7

V čl. VI. odst. 12 návrhu kupní smlouvy je povinnost prodávajícího poskytnout na nově dodané zboží (či jeho části) záruční dobu v nové délce. Takovéto ustanovení neodpovídá běžná praxi.

Bude kupující akceptovat odstranění věty „Pokud dojde k výměně zboží nebo jeho části, počíná na toto zboží nebo jeho část běžet dnem výměny záruční doba v délce dle odst. 1 tohoto článku.“ z návrhu kupní smlouvy?

Stejný dotaz pak podáváme i s ohledem na poslední větu čl. VI. odst. 14.

Odpověď:

Zadavatel zcela nerozumí dotazu. Pokud dojde k výměně neopravitelného, nefunkčního zboží v záruční době, na nové zboží začíná běžet nová záruční lhůta, nedobíhá záruční lhůta původního zboží.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 22. 4. 2025 do 11:00 hodin.

Příloha:

Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky, část 1_OPRAVA DLE VZD 1

Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky, část 3_OPRAVA DLE VZD 1

Příloha č. 3 ZD - Závazný návrh kupní smlouvy pro všechny části_OPRAVA DLE VZD 1