

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:

Pomůcky pro inkontinenci

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 26. 3. 2025

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1 – pro všechny části

Bod č. 2.5. zadávací dokumentace („ZD“) - zadavatel stanovuje požadavky na prokázání norem:

- doložení shody se směrnicí 93/42/EHS

- doložení certifikace CE dle MDR - nařízení EU 2017/745

a požaduje, aby nabízený materiál byl ve shodě se všemi příslušnými normami – **účastník doloží prohlášením o shodě.**

Výrobky v naší nabídce jsou označeny značkou CE na obalu a splňují požadavky nařízení (EU) 2017/745 Evropského parlamentu a Rady ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích. Bude předloženo platného prohlášení o shodě dle MDR (nařízení EU 2017/745) a MDD (směrnice 93/42/EHS) dostatečným prokázáním splnění požadavku dle bodu 2.5 zadávací dokumentace?

Odpověď

Ano, doložení platného prohlášení o shodě dle MDR a MDD bude dostatečným prokázáním splnění požadavku.

Dotaz č. 2 - pro část 2

Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky pro část 2 VZ - zadavatel stanovuje minimální a maximální obvod boků/pasu denních a nočních zalepovacích kalhotek. Rozměry jednorázových plenkových kalhotek z naší nabídky u některých položek nepatrně vybočují ze stanoveného rozpětí. Jednotlivé velikosti našich certifikovaných plenkových kalhotek se v okrajových rozměrech překrývají, díky tomu produktová nabídka svojí velikostní řadou kompletně pokryje požadavky zadavatele. Jelikož rozměry plenkových kalhotek nejsou standardizovány žádnou normou, dovoluujeme si požádat zadavatele, zda by v nabídce akceptoval certifikované produkty níže uvedených rozměrů:

Požadovaný obvod min. – max.	Rozměry nabízených certifikovaných produktů
73 – 122 cm	75 - 110 cm
92 – 150 cm	100 – 150 cm
120 – 175 cm	130 – 170 cm

Odpověď

Zadavatel bude akceptovat rozměry nabízených produktů, u všech velikostí se tazatel vejde do požadovaných min. a max. rozměrů.

Dotaz č. 3 – pro část 2

Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky pro část 2 VZ – zadavatel požaduje v kategorii natahovacích plenkových kalhotek barevné rozlišení výrobků, ale poptává jen jeden typ natahovacích plenkových kalhotek. Nebude tedy potřeba odlišovat typ produktu na den i noc jako v případě zalepovacích plenkových kalhotek. Plenkové natahovací kalhoty účastníka jsou pro rychlou orientaci označeny nápisem s názvem produktu a jeho velikostí. Dovolujeme si požádat zadavatele o odstranění požadavku na jejich barevné rozlišení.

Odpověď

Zadavatel akceptuje požadavek tazatele. U položky „Plenkové kalhotky natahovací, jednorázové“ nebude zadavatel požadovat barevné rozlišení výrobků.

Dotaz č. 4 – pro část 2

Zadavatel v technických podmínkách pro část 2 uvádí u plenkových kalhotek požadavek na barevné rozlišení výrobků.

Námi dodávané kalhotky jsou v provedení bílé barvy z důvodu zachování diskretnosti, tak aby neprosvítaly pod oblečením. Pro rychlou orientaci ošetřujícího personálu místo barevného rozlišení jsou označeny velikostmi M, L, XL a XXL. Standardně v obdobných zakázkách zadavatelé požadují rozlišení plen velikostí. Požadavkem na barevné rozlišení zadavatel zužuje možný počet dodavatelů.

Umožní zadavatel do zakázky nabídnout plenkové kalhotky, které jsou rozlišeny označením velikostí?

Odpověď

Zadavatel požaduje barevné rozlišení v případě, že dodavatel nabídne zvlášť denní a noční variantu. Pokud dodavatel nabídne pouze jednu variantu (denní i noční plenkové kalhotky v jednom), která splňuje všechny požadované parametry, barevné rozlišení zadavatel požadovat nebude.

Dotaz č. 5 – pro část 2

Zadavatel v části 2 poptává inkontinenční plenkové kalhotky spolu s nesterilními porodnickými vložkami, přestože v části 3 poptává vložky porodnické sterilní. V obdobných zakázkách jsou porodnické vložky

samostatná část. Žádáme zadavatele, zda by část 2 - Plenkové kalhotky, vložky nerozdělil na dvě části. A to část plenkové kalhotky a další část porodnické vložky.

Odpověď

Zadavatel upozorňuje, že rozdělení veřejné zakázky na více částí v již probíhajícím zadávacím řízení technicky neumožňuje elektronický nástroj E-ZAK. Zadavatel proto vyjme položku „Vložky porodnické – nesterilní“ v počtu 162 000 ks z části 2 veřejné zakázky, čímž rozšíří okruh dodavatelů. Zadavatel položku „Vložky porodnické – nesterilní“ v počtu 162 000 ks následně vyhlásí jako samostatnou veřejnou zakázku.

1) Zadavatel upravuje v zadávací dokumentaci znění článku 2.3 Položky veřejné zakázky

Nové znění:

2.3 Položky veřejné zakázky

Část	Název části	Položka	Předpokládaná spotřeba v ks za 2 roky
Část 1	Podložka pod nemocné	Podložka pod nemocné 40 x 60 cm	273 600
		Podložka pod nemocné 60 x 60 cm	221 200
		Podložka pod nemocné 60 x 90 cm	799 520
Část 2	Plenkové kalhotky, vložky	Plenkové kalhotky natahovací, jednorázové, velikost M	11 800
		Plenkové kalhotky natahovací, jednorázové, velikost L	24 508
		Plenkové kalhotky natahovací, jednorázové, velikost XL	14 200
		Plenkové kalhotky zalepovací, jednorázové, denní, velikost M	65 800
		Plenkové kalhotky zalepovací, jednorázové, denní, velikost L	163 200
		Plenkové kalhotky zalepovací, jednorázové, denní, velikost XL	39 200
		Plenkové kalhotky zalepovací, jednorázové, noční, velikost M	15 300
		Plenkové kalhotky zalepovací, jednorázové, noční, velikost L	35 400
		Plenkové kalhotky zalepovací, jednorázové, noční velikost XL	16 000
		Vložky porodnické – nesterilní	162 000
Část 3	Vložky porodnické - sterilní	Vložky porodnické - sterilní	82 080

Ostatní ustanovení článku 2.3 zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

**Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 2. 5. 2025 do 12:00 hodin.
Prodloužení lhůty se vztahuje na celou veřejnou zakázku, tedy na všechny části.**

Přílohy:

Příloha č. 2 ZD Technické podmínky pro část 2 OPRAVA DLE VZD 1

Oddělení veřejných zakázek

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.