

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:

Separátor krevních komponent

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení, otevřená výzva

Režim veřejné zakázky: podlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 11. 4. 2025

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98, resp. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Vzhledem k tomu , že se bohužel s našimi cenami spotřebního materiálu nevejdeme do předpokládané hodnoty veřejné zakázky, je možné tuto navýšit ? Rozdíl je 784 000 Kč za 8 roků. Současný limit je 3 200 000 Kč. Vejdeme se tedy do 4 000 000 Kč bez DPH za spotřební materiál za 8 let .

Odpověď

Zadavatel má z veřejně dostupných zdrojů ověřeno, že předpokládaná hodnota SZM při společném nákupu přístroje je reálná oproti ceně spotřebního materiálu v případě výpůjčky přístroje. Zadavatel tedy nebude předpokládanou hodnotu navyšovat.

Dotaz č. 2

V kupní smlouvě na spotřební materiál je v článku 7 nutné specifikovat záruční lhůtu, která má být minimálně 24 měsíců. Expirace setů je ale přesně 24 měsíců a není možné je dodat v den výroby. Je tedy možné uvést, že "záruční doba je od data dodání do data expirace" ?

Odpověď

Zadavatel upravuje v příloze č. 4 ZD – Závazný návrh kupní smlouvy znění článku 7.1 Záruka na jakost a reklamační podmínky.

„Prodávající poskytuje na zboží záruku v délce expirační doby platné podle produktového listu dodavatele/výrobce.“

Dotaz č. 3

Ještě mě napadlo, zda nedošlo k chybě v zadávací dokumentaci ohledně počtu setů. Odhadovaný počet je 80 setů na odběr trombocytů /ročně. Pokud by byl počet 60/ročně, do předpokládané hodnoty bychom se vešli.

Odpověď

Zadavatel potvrzuje správnost předpokládaného počtu setů.

Spotřební materiál	Předpokládaná spotřeba za 8 let
Sety pro odběr deleukotizovaných trombocytů	640
Sety pro odběr deleukotizovaných erytrocytů	160

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 5. 5. 2025 do 10:00 hodin.

Příloha:

Příloha č. 4 Výzvy - Závazný návrh kupní smlouvy_spotřební materiál, OPRAVA DLE VZD 1

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.