

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:

Ultrazvukové přístroje pro Svitavskou nemocnici

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 24. 6. 2025

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98, resp. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz pro část 2

V příloze č.2 Zadávací dokumentace „Technické podmínky pro část 2“ zadavatel mimo jiné požaduje:

- lineární sonda pro vyšetřování v blízkém poli (MSK aplikace, prsní tkáň, št.žláza) – aktivní šíře sondy 60 mm. Frekvenční rozsah min. 5–14 MHz

a

- vf lineární sonda pro detailní vyšetření blízkého pole – aktivní šíře sondy 40 mm. Frekvenční rozsah 7–18 MHz.

Dotaz:

Protože u požadavku na aktivní šířku sond není specifikováno, zda jde o minimální nebo maximální hodnotu, znamená to, že lze nabídnout pouze sondy s aktivní šířkou sond v toleranci +/- 10% a není možné nabídnout řešení lepší.

Dotaz:

Mohl by zadavatel upřesnit, zda u obou požadavků na aktivní šířku sond jde o rozměr maximální nebo minimální?

Odpověď:

1/ Zadavatel upřesňuje, že u lineární sondy pro vyšetřování v blízkém poli (MSK aplikace, prsní tkáň, št. žláza) požaduje aktivní šíři sondy min. 60 mm.

2/ Zadavatel upřesňuje, že u vf lineární sondy pro detailní vyšetření blízkého pole požaduje aktivní šíři sondy max. 40 mm.

**Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 28. 7. 2025 do 10:00 hodin.
Prodloužení lhůty pro podání nabídek se týká celé veřejné zakázky, tedy všech částí.**

Příloha:

Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky, část 2_OPRAVA DLE VZD 1

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.