

Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Albertinum Žamberk – dodávka lůžkové a mycí techniky

Vážení,

poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše zmíněné zakázce zadavatele Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk

Dotaz č. 1.:

U položky č. 5/2a– elektrický zvedák je požadován rozsah zdvihu 40–160 cm, budete, prosím, akceptovat rozsah zdvihu 60–188 cm? 60 cm jako spodní hranice je z našeho pohledu plně postačující, a i při této výšce ramena je možné používat zvedák ke zdvihu klienta ze země.

U položky č. 6/2a a 6/2b – sprchové lehátko je požadován vnitřní rozměr 60 x 195 cm, lehátko s odtokovými kanálky a průměr koleček 150 mm. Budete, prosím, akceptovat vnitřní rozměr 78 x 185 cm s kolečky o průměru 10 mm? Námi nabízené sprchovací lehátko nemá odtokové kanálky, ale je vybaveno náklonem, který zajišťuje odtok vody. Lze se VZ zúčastnit s takovýmto řešením?

Odpověď č. 1.:

Ano, lze se účastnit s takovýmto řešením.

Zadavatel na základě výše uvedeného prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 21.08.2025 09:00.