



Pardubický kraj

Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

82189 /2015

VÝZVA

k předložení nabídky

dle ust. § 38 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“)

Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku

„DODÁVKA ZDRAVOTNICKÝCH TECHNOLOGIÍ PRO ODDĚLENÍ SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ“

1. Identifikační údaje zadavatele

Název: Pardubický kraj

Právní forma: Veřejnoprávní korporace

Sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

IČ: 708 92 822

DIČ: CZ70892822

Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem Pardubického kraje

Kontaktní osoba: Mgr. Pavel Menšíl, oddělení veřejných zakázek

Tel: +420 466 026 282

Profil zadavatele: <https://zakazky.pardubickykraj.cz>

Systémové č.: P16V00000035

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

2.1. Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou dle § 38 ZVZ.

2.2. Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových zdravotnických prostředků přístrojového charakteru, včetně jejich montáže, instalace, uvedení do plného provozu, zaškolení personálu. Konkrétně:

- zajištění dopravy všech položek věcného plnění dodávky do místa plnění - areál Pardubické nemocnice
- instalace všech položek dodávky v místě plnění a montáž (ustavení, sestavení a propojení položek dodávky), usazení v místě plnění, napojení na zdroje, zejména připojení k místním elektrickým rozvodům, k slaboproudým a optickým rozvodům, rozvodu vody, demineralizované vody, plynu, technických plynů, tepla, chladu či vzduchotechniky (je-li funkce položek dodávky -pořizovaných přístrojů podmíněna takovým připojením),

- uvedení všech položek dodávky do plného provozu
- odzkoušení a ověření správné funkčnosti všech položek dodávky, případně seřízení, předvedení plné funkčnosti, provedení zkušebního provozu všech položek dodávky (zdravotnických prostředků a zdravotnických technologií přístrojového charakteru) jakož i provedení jiných úkonů a činností nutných k tomu, aby dodávka (položky dodávky) mohla plnit sjednaný či obvyklý účel v souladu s platnými právními předpisy,
- zajištění instruktáže dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích v platném znění
- dodání veškerých veřejnoprávních rozhodnutí a povolení potřebných pro uvedení všech položek dodávky do plného provozu jakož i provedení jiných úkonů a činností nutných k tomu, aby dodávka (položky dodávky) mohly bezpečně plnit sjednaný či obvyklý účel v souladu s platnými právními předpisy,
- poskytování bezplatného záručního servisu, minimální požadovaná doba je 36 měsíců dle závazného návrhu smlouvy,
- likvidace obalů a odpadu souvisejících s dodávkou a instalací předmětu plnění, vítězný uchazeč bude povinen dodat příslušný doklad.

Součástí dodávky požadovaných zdravotnických technologií přístrojového charakteru musí být:

- zpracování a předání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě dodaného zařízení (manuálů) v českém jazyce, a to 1 x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD,
- prohlášení o shodě se schválenými standardy, příslušná dokumentace dle zákona 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích,
- předání certifikátu CE,
- zpracování a předání protokolu se stanovením třídy zdravotnického prostředku (I, IIa, IIb ,III), protokolární předání do provozu uživateli,
- dodání protokolu o zaškolení obsluhy,
- bezplatné zajištění periodických prohlídek, pravidelných periodických bezpečnostně technických kontrol zdravotnických prostředků (PBTk) a validace dodaného přístrojového vybavení po celou dobu trvání záruky (min. 36 měsíců), vyplývá-li povinnost k jejich provádění z platných obecně závazných právních předpisů nebo z pokynů výrobce.

2.3. Veškeré činnosti musí být prováděny v souladu s platnými právními předpisy ČR, a to zejména doporučujících technických a jiných norem, vztahujících se na předmět veřejné zakázky z hlediska jeho charakteru a způsobu užití.

2.4. Veřejná zakázka je rozdělena do **4 částí** ve smyslu ustanovení § 98 zákona. Jednotlivé požadavky zadavatele na části veřejné zakázky jsou dále definovány v této výzvě, a v jejích přílohách – specifikaci předmětu veřejné zakázky a smlouvě. Uchazeč je oprávněn podat nabídku do všech částí.

Část 1: Dodávka vybavení pitevního traktu

Část 2: Dodávka vyšetřovacích světel

Část 3: Dodávka mikroskopu

Část 4: Dodávka barvicího automatu vč. montovacího automatu

2.5. Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) je:

Část 1: 33933000-9 pitevní stoly a příslušenství,

Část 2: 33167000-8 chirurgická světla

Část 3: 38510000-3 mikroskopy

Část 4: 38430000-8 snímací a analytické aparáty

3. Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná hodnota zakázky činí **3 305 000,- Kč bez DPH.**

Předpokládané hodnoty pro jednotlivé části:

Část 1: 1 805 000,-Kč bez DPH

Část 2: 150 000,-Kč bez DPH

Část 3: 350 000,-Kč bez DPH

Část 4: 1 000 000,- Kč bez DPH

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky

4.1. Předmět smlouvy bude dodán, nainstalován a uveden do provozu nejpozději do 8 týdnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele k plnění. Zadavatel předpokládá dodání předmětu smlouvy v polovině roku 2016 (nutná součinnost se zhotovitelem stavební části zakázky).

4.2. Místem plnění veřejné zakázky: Nemocnice Pardubického kraje a.s., Pardubice

5. Lhůta a místo pro podání nabídek, otevírání obálek

5.1. Lhůta pro podání nabídek je nejpozději do **20. 4. 2016 do 09:30 hod.**

Místo pro podání nabídek prostřednictvím držitele poštovní licence:

Krajský úřad Pardubického kraje

Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

Místo pro podání nabídek osobně v pracovních dnech Po a St v době od 7.00 do 17.00 hod., ve dnech Út a Čt v době od 7.00 do 15.30 hod., v Pá v době od 7.00 do 14.30 hod. na adresu:

Krajský úřad Pardubického kraje

Podatelna (prostory Czech POINT)

Komenského náměstí 120

532 11 Pardubice

Nabídky se podávají písemně v řádně uzavřené obálce opatřené označením: **„Neotevírat – veřejná zakázka“ a „Dodávka zdravotnických technologií pro oddělení soudního lékařství“.**

Dále bude obálka označena částí veřejné zakázky, do které je nabídka určena. Pokud uchazeč podává nabídku do více částí veřejné zakázky, vloží do jedné obálky označené v souladu s tímto bodem výzvy nabídky na jednotlivé části v dalších samostatných obálcích. Na každou dílčí nabídku se hledí jako na samostatnou nabídku. Zadavatel

doporučuje označit v souladu se shora uvedenými pokyny i případnou transportní obálku, do které bude vložena obálka s nabídkou.

Na obálce bude uvedena adresa uchazeče, na kterou je možné odeslat oznámení dle § 71 odst. 5 ZVZ.

5.2. **Otevírání obálek** s nabídkami se uskuteční dne **20. 4. 2016 od 09:30 hod** na Krajském úřadu Pardubického kraje, Komenského náměstí 120,3. NP, č. dveří 302.

6. Obchodní a platební podmínky

6.1. Uchazeč je povinen respektovat obchodní a platební podmínky uvedené ve vzorovém návrhu smlouvy, který tvoří přílohu **č. 1 této výzvy**.

6.2. Pokud uchazeč nebude respektovat shora uvedené obchodní a platební podmínky a do svého návrhu smlouvy zařadí obchodní a platební podmínky méně výhodné (např. nedodrží stanovené minimální, popř. maximální hodnoty), popř. některou z obchodních či platebních podmínek do svého návrhu smlouvy vůbec neuvede nebo doplní shora uvedené obchodní a platební podmínky o ustanovení jakkoliv zhoršující postavení zadavatele, posoudí toto jednání zadavatel jako nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení příslušného uchazeče ze zadávacího řízení.

7. Požadavky na kvalifikaci dodavatelů

Dodavatel musí prokázat kvalifikaci dle **§ 50 odst. 1 písm. a) až d) ZVZ**.

Veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace uvedené **pod body 7.2. – 7.5.** budou zadavatelem požadovány **pouze po uchazeči, se kterým bude uzavírána smlouva** dle § 82 ZVZ, a to v originále nebo úředně ověřené kopii.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 dnů.

Pokud není dále uvedeno jinak, platí požadavky zadavatele na kvalifikaci uchazečů shodně pro všechny části.

7.1. Prokázání kvalifikačních předpokladů v nabídce

Podle **§ 62 odst. 3 ZVZ** uchazeč prokáže splnění veškerých kvalifikačních předpokladů pro účely podání nabídky předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu je zřejmé, že splňuje zadavatelem níže požadované kvalifikační předpoklady (7.2.- 7.5.).

Zadavatel nabízí uchazeči ke splnění tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení, které tvoří **přílohu č. 2 této výzvy**.

7.2. Základní kvalifikační předpoklady – doklady předkládá pouze vítěz před podpisem smlouvy

Dodavatel prokazuje základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) až h), j), k), l) ZVZ způsobem dle § 53 odst. 3 písm. a) až d) ZVZ. Zadavatel nabízí uchazeči ke splnění části požadavku dle § 53 odst. 3 písm. d) vzorové čestné prohlášení, které tvoří **přílohu č. 3 této výzvy**.

7.3. Profesní kvalifikační předpoklady - doklady předkládá pouze vítěz před podpisem smlouvy

Dodavatel prokazuje profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm. a), b) ZVZ. Dodavatel tak předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné

obdobné evidence; doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky.

7.4. Ekonomická a finanční způsobilost - **doklady předkládá pouze vítěz před podpisem smlouvy**

Dodavatel v souladu s § 50 odst. 1 písm. c) ZVZ předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku, a to zejména v rozsahu požadavků vyplývajících z obchodních podmínek. Zadavatel nabízí uchazeči ke splnění tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení, které tvoří **přílohu č. 3 této výzvy**.

7.5. Technické kvalifikační předpoklady – **doklady předkládá pouze vítěz před podpisem smlouvy**

a) rozsah požadovaných informací a dokladů:

K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů podle **§ 56 odst. 1 písm. a) ZVZ** dodavatel doloží seznam významných dodávek (referencí) realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech ode dne podání nabídky s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí.

b) způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu:

Dodavatel předloží formou čestného prohlášení seznam významných dodávek. Přílohou tohoto čestného prohlášení musí být:

- osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli,
- nebo osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli,
- nebo smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení dle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

c) minimální úroveň tohoto kvalifikačního předpokladu:

Uchazeč prokáže tento kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 3 letech ode dne podání nabídky realizoval (zahájil a ukončil, zahájil a dosud provádí a ke dni podání nabídky provedl v požadovaném rozsahu nebo zahájil před požadovanou lhůtou a ukončil a provedl v požadovaném rozsahu v požadované lhůtě) dodávku/y obdobného charakteru vzhledem k části veřejné zakázky:

Pro část 1: v hodnotě min. 902 500,- Kč bez DPH, součástí musí být dodávka pitevního stolu

Pro část 2: v hodnotě min. 75 000,- Kč bez DPH, součástí musí být dodávka vyšetřovacího svítidla

Pro část 3: v hodnotě min. 175 000,- Kč bez DPH, součástí musí být dodávka mikroskopu

Pro část 4: v hodnotě min. 500 000,- Kč bez DPH, součástí musí být dodávka barvicího nebo montovacího automatu

Uchazeč může předpoklad pod písm. c) prokázat jednou nebo více zakázkami s menší dílčí hodnotou. V součtu však musí jejich celková hodnota splňovat požadovaný rozsah dle jednotlivých částí.

8. Zadávací lhůta

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 3 měsíců od konce lhůty pro podání nabídek.

9. Požadavky na zpracování nabídkové ceny

9.1. Celková nabídková cena za kompletní plnění předmětu veřejné zakázky bude uvedena absolutní částkou v českých korunách a bude stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu plnění veřejné zakázky. Ceny musí být uvedeny bez DPH, částka DPH a včetně DPH. Nabídkovou cenu uchazeč uvede v návrhu smlouvy (příloha č. 1 této výzvy).

9.2. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací dokumentace. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady uchazeče nutné k realizaci předmětu této podlimitní veřejné zakázky. Nabídková cena může být změněna pouze z důvodu změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě bude cena včetně DPH částečně či úplně snížena nebo zvýšena přesně podle účinnosti příslušné změny uvedeného zákona.

10. Požadavky na zpracování nabídky

10.1. Nabídka bude předložena v jednom originále v písemné formě v českém jazyce. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.

10.2. Nabídka musí obsahovat níže uvedené údaje. Zadavatel doporučuje členění podle následujících bodů:

- Krycí list nabídky (příloha č. 4 výzvy).
- Doklady o splnění kvalifikačních předpokladů – čestné prohlášení (příloha č. 2 výzvy).
- Doplněný návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče nebo za uchazeče. Uchazeč doplní v návrhu smlouvy místa označená červeně slovy **doplní uchazeč (zejména cenu a označení části veřejné zakázky)**. Uchazeč přiloží ke smlouvě položkový rozpočet, který je přílohou smlouvy a který odpovídá té části veřejné zakázky, do které uchazeč dává nabídku.
- Seznam a prohlášení dle § 68 odst. 3 písm. a), b), c) ZVZ. Zadavatel nabízí uchazeči ke splnění tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 5 výzvy.

Součástí nabídky také budou technické listy, návody k použití nebo jiné dokumenty, ze kterých je možné ověřit splnění technické specifikace požadované zadavatelem u jednotlivých dodávek. Tyto doklady musí být rovněž v českém jazyce případně v úředně ověřeném překladu do českého jazyka. Zájemce je oprávněn doplnit nabídku též o další doklady nebo informace, vztahující se k předmětu veřejné zakázky. Tyto doklady, pokud je zadavatel nebo zákon nevyžaduje, nejsou součástí nabídky.

11. Hodnotící kritéria

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle § 78 odst. 1 písm. a) ZVZ - ekonomická výhodnost nabídky.

11.1. Dílčí hodnotící kritérium 1 - **nabídková cena v Kč vč. DPH** – váha 95%

Při hodnocení podle tohoto kritéria získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu zaokrouhlenou na dvě desetinná místa nahoru a určenou takto:

$$\frac{\text{nejnižší nabídková cena}}{\text{hodnocená nabídková cena}} \times 100 \times \text{dílčí váha}$$

11.2. Dílčí hodnotící kritérium 2 – **ekologická šetrnost** – váha 5%

Ekologická šetrnost se pro účely hodnotícího kritéria posoudí podle rozsahu závazku uchazeče k realizaci díla za použití ekologicky šetrných materiálů, hmot a dílců dodávky (dále též „hodnocené složky“). Za ekologicky šetrné jsou pro účely hodnocení považovány ty hodnocené složky:

- které jsou označeny ekoznačkou EU („The Flower“), ekoznačkou vydanou národním programem označování ekologicky šetrných výrobků a služeb (např. „Ekologicky šetrný výrobek“, „Der Blaue Engel“, „Nordic Swan“) nebo jinou obdobnou značkou, pro jejíž vydání nejsou stanoveny standardy mírněji než standard dle ČSN ISO 14024, nebo
- pro které je vydáno Enviromentální prohlášení typu III na základě analýzy v souladu s ČSN ISO 14040-49, nebo
- ke kterým je uváděno tzv. Vlastní environmentální tvrzení (VET) v souladu s požadavky ČSN ISO 14021.

Doklady prokazující soulad hodnocených složek s některým z těchto standardů (dále též jen „certifikát“) předloží uchazeč v rámci nabídky (postačí v prosté kopii), a to s uvedením odkazu na konkrétní položku, příp. položky rozpočtu, ke kterým se vztahují. Pro případy, ve kterých označení ekologické šetrnosti nevychází z nezávislého posouzení certifikačním orgánem, předloží uchazeč také dokumenty, na základě kterých může zadavatel tvrzenou ekologickou šetrnost výrobku posoudit. Nepředložení nebo nedostatečnost dokladů má za následek neuznání daného certifikátu zadavatelem.

Pro účely hodnocení nabídky požaduje zadavatel předložení dokladů ekologické šetrnosti podle výše uvedených standardů alespoň pro 1 hodnocenou složku, k jejichž použití se při realizaci dodávky uchazeč zavazuje. Zadavatel při hodnocení nabídky zohlední maximálně 1 oprávněně předložený doklad, to však nebrání uchazeči v předložení většího počtu.

Při hodnocení podle tohoto kritéria získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu zaokrouhlenou na dvě desetinná místa nahoru a určenou takto:

$$\frac{\text{hodnocený počet předložených dokladů}}{\text{nejvyšší zadavatelem připuštěný počet předložených dokladů}} \times 100 \times \text{dílčí váha}$$

11.3. Celkové bodové hodnocení

Celkové bodové hodnocení bude stanoveno jako součet násobků bodových ohodnocení nabídky podle dílčích kritérií 1 a 2 a příslušných vah dílčích kritérií zaokrouhlených na dvě desetinná místa nahoru. Výsledné pořadí hodnocených nabídek bude stanoveno sestupně podle celkového bodového ohodnocení nabídky. Pro hodnocení nabídek bude použita bodovací stupnice v rozsahu 0 až 100 bodů. Každé nabídce bude v rámci dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci jejího hodnocení podle dílčího kritéria. V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu nabídková cena.

12. Další ustanovení

12.1. Zadavatel si dle **§ 60 odst. 2 ZVZ** vyhrazuje oznámit vyloučení uchazeče pro nesplnění kvalifikace uveřejněním rozhodnutí na profilu zadavatele.

12.2. Zadavatel si dle **§ 76 odst. 6 ZVZ** vyhrazuje oznámit vyloučení uchazeče při posuzování nabídek uveřejněním rozhodnutí na profilu zadavatele.

12.3. Zadavatel si dle **§ 81 odst. 4 ZVZ** vyhrazuje možnost uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů na profilu zadavatele.

12.4. Jakákoliv čestná prohlášení musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

V Pardubicích dne 30. 3. 2016

PhDr. Jana Haniková
vedoucí kanceláře ředitele úřadu
pověřená hejtmánem

schváleno usnesením Rady Pardubického kraje dne 30. 3. 2016, R/2512/16

Přílohy:

1. Smlouva
2. Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů (bude vloženo do nabídky)
3. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů a o ekonomické a finanční způsobilosti
4. Krycí list
5. Prohlášení podle § 68 odst. 3 ZVZ
6. Specifikace

Smlouva č. OZ/16/.....

„Dodávka zdravotnických technologií pro oddělení soudního lékařství

Dodávka vybavení pitevního traktu*

Dodávka vyšetřovacích světel*

Dodávka mikroskopu*

Dodávka barvicího automatu vč. montovacího automatu*

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
IČ: 708 92 822
DIČ: CZ70892822
Zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
Osoby oprávněné jednat
ve věcech technických: Ing. Špaček Pavel, Zdeňka Plachá, Jan Raděj
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Pardubice
č.ú. 220764571/0300

2. Dodavatel: **(doplň uchazeč – obchodní firma/ jméno a příjmení, sídlo)**
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským/Městským
soudem v **(doplň uchazeč)**, sp. zn. **(doplň uchazeč)**
IČ: **(doplň uchazeč)**
DIČ: **(doplň uchazeč)**
Zastoupený: **(doplň uchazeč)**
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: **(doplň uchazeč)**
Bankovní spojení: **(doplň uchazeč)**
č. účtu **(doplň uchazeč)**

uzavírají tuto smlouvu (dále jen „smlouva“), kterou se dodavatel zavazuje dodat objednateli předmět smlouvy specifikovaný v článku I. smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit cenu podle článku II. smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na dodávky, ev. číslo P16V00000035 s názvem „Dodávka zdravotnických technologií pro oddělení soudního lékařství“ zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s podmínkami řízení akce správce programu Ministerstva zdravotnictví České republiky.

* uchazeč vybere název té části, do které podává nabídku, ostatní vymaže

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodávka zboží - zdravotnických prostředků přístrojového charakteru - zdravotnických technologií a jejich příslušenství (dále jen „zboží“) tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy – položkový rozpočet. (pozn. zadavatele – uchazeč přiloží položkový rozpočet odpovídající vybrané části veřejné zakázky)

2. Dodavatel prohlašuje, že

a) kvalitativní a technické vlastnosti zboží odpovídají požadavkům stanoveným obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům (č. 54/2015 Sb., č. 55/2015 Sb. a č. 56/2015 Sb. – dále jen „nařízení vlády“), harmonizovanými českými technickými normami a ostatními ČSN a požadavkům stanoveným zadavatelem v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce;

b) zboží je z hlediska platných právních předpisů způsobilé a vhodné pro použití při poskytování zdravotní péče v ČR, zejména, že u zboží byla stanoveným způsobem posouzena shoda jeho vlastností s technickými požadavky, které stanoví nařízení vlády, že je označeno stanoveným způsobem a že výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce o tom vydal písemné prohlášení o shodě. Jedná-li se o zboží, které již bylo uvedeno na trh v některém z členských států EU a je opatřeno značkou CE, dodavatel je povinen předložit objednateli kopii prohlášení o shodě vystaveného výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem a kopii CE certifikátu. V případě zboží, které dosud nebylo uvedeno na trh v některém z členských států EU a není opatřeno značkou CE, avšak může být uváděno do provozu podle přechodných ustanovení příslušného nařízení vlády (§ 9 odst. 1 nař. vl. č. 54/2015 Sb.), je dodavatel povinen předložit jako doklad o vhodnosti zboží pro použití při poskytování zdravotní péče kopii závěrečné zprávy o provedení klinického hodnocení zdravotnického prostředku (nebo její část obsahující alespoň základní identifikační údaje a údaje o ověření vhodnosti zdravotnického prostředku pro určený účel použití). Dodavatel předloží objednateli rovněž i kopie případných dalších veřejnoprávních rozhodnutí, povolení, osvědčení, certifikátů a atestů, které jsou podle zvláštních právních předpisů vydávány pro jednotlivé druhy zdravotních prostředků a vztahují se ke zboží.

3. Dodavatel se v souvislosti s dodávkou zboží zavazuje zajistit instalaci, příp. montáž zboží, je-li pro uvedení zboží do plného provozu potřeba, aby byly tyto služby provedeny. Dodavatel se rovněž zavazuje k tomu, že zajistí obstarání veškerých veřejnoprávních rozhodnutí a povolení potřebných pro uvedení zboží do plného provozu.

Služby spočívající v uvedení pořízovaného zboží do plného provozu zahrnují jeho odzkoušení a ověření správné funkčnosti, případně jeho seřízení, předvedení plné funkčnosti, provedení zkušebního provozu, zajištění instruktáže podle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., (zákon o zdravotnických prostředcích) pro jeho obsluhu jakož i provedení jiných úkonů a činností nutných pro to, aby zboží mohlo plnit sjednaný či obvyklý účel, není-li níže výslovně uvedeno jinak.

4. Dodavatel se v souvislosti s dodávkou zboží zavazuje zajistit poskytování bezplatného záručního servisu po celou dobu záruční doby za podmínek uvedených v této smlouvě.

5. Dodavatel se v souvislosti s dodávkou zboží zavazuje zajistit jeho periodické prohlídky, pravidelné periodické bezpečnostně technické kontroly zdravotnických prostředků (PBTk) a validace po dobu trvání záruky na jakost zboží, vyplývá-li povinnost k jejich provádění z platných obecně závazných právních předpisů nebo z pokynů výrobce.

6. Dodavatel se v souvislosti s dodávkou zboží zavazuje zajistit rovněž:

- dopravu zboží na místo určení, jeho vybalení a kontrolu,
- předání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě zboží (manuálů) v českém jazyce, a to 1 x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD,
- předání prohlášení o shodě dodaného zboží se schválenými standardy, příslušné dokumentace dle zákona č. 268/2014 Sb., (zákon o zdravotnických prostředcích), a příp. dokladů dle zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou tyto doklady pro provoz nezbytné,
- předání certifikátu CE,
- zpracování a předání protokolu se stanovením třídy zdravotnického prostředku (I, IIa, IIb, III),
- protokolární předání zboží do provozu objednateli,
- předání protokolu o zaškolení obsluhy dle zákona č. 268/2014 Sb.,
- odvoz a likvidaci všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění veřejné zakázky, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a v platném znění.

7. Dodavatel je povinen mít po celou dobu plnění uvedenou v čl. III., této smlouvy, uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v minimální výši pojistného plnění 1 000 000,- Kč. Dodavatel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy případně potvrzení pojistitele při podpisu této smlouvy. Porušení povinnosti dle věty první je považováno za podstatné porušení smlouvy.

II. Cena

1. Cena je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná a musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele (clo, obaly, manuály, zaškolení obsluhy, dopravu, montáž, instalaci, pojištění, likvidaci obalů, záruční servis, pravidelné periodické bezpečnostně-technické kontroly zdravotnických prostředků dle zák. č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, apod.), a finanční vlivy (inflační, kurzový) po celou dobu realizace dodávky.

Cena celkem bez DPH **(doplň uchazeč)**,-- Kč

DPH 21 % **(doplň uchazeč)**,-- Kč

cena celkem včetně DPH **(doplň uchazeč)**,-- Kč.

2. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na uvedenou cenu.

Položkové rozdělení ceny je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy.

III. Doba plnění, místo plnění a ostatní ujednání

1. Předmět smlouvy bude dodán, nainstalován a uveden do provozu včetně zaškolení odborného personálu do 8 týdnů od písemné výzvy objednatele k plnění provedené osobou oprávněnou jednat za objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
2. Dodavatel je povinen oznámit objednateli nejméně 10 dnů předem termín instalace a montáže předmětu této smlouvy na místo plnění. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout dodání předmětu této smlouvy na místo plnění, pokud nebudou dokončeny současně probíhající stavební úpravy. Pouze z tohoto důvodu lze o nezbytně nutnou dobu prodloužit termín dodání předmětu této smlouvy bez následné smluvní pokuty za prodlení dodavatele.

3. Místem splnění předmětu smlouvy je Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Kyjevská 44 532 03 Pardubice, Pardubická nemocnice.
4. Předmět smlouvy je splněn okamžikem podepsání předávacího protokolu, a to bezodkladně po dodání zboží, montáži, instalaci, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti a zaškolení obsluhy. Nedílnou součástí předávacího protokolu jsou veškeré nezbytné doklady pro provoz v ČR. Školené osoby objednatele dosáhnou kvalifikace pro školení dalších pracovníků objednatele. O tom vydá dodavatel prohlášení, ve znění: Účastníci školení obsluhy jsou oprávněni ke školení dalších pracovníků.
5. Osoby, které převezmou zboží za objednatele a podepíší předávací protokol, budou oznámeny dodavateli v dostatečném předstihu před dodáním předmětu smlouvy. Převzetí zboží jinými osobami, než těmi uvedenými v oznámení, nebude považováno za řádné.
6. Vlastnické právo ke zboží přechází na objednatele podpisem předávacího protokolu. S přechodem vlastnického práva přechází na objednatele současně i nebezpečí škody na zboží.

IV.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje dodavateli zálohy.
2. Splatnost faktury je do 30 dní ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli.
3. Veškeré účetní doklady, každá faktura, musí mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 28 ust. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále na ní musí být uveden text: „Pardubická krajská nemocnice, a.s. – Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Pardubická nemocnice, budova č. 9, patologie (*reg. číslo projektu: 235D214002706*)“.
4. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Důvody vrácení sdělí objednatel dodavateli písemně zároveň s vráceným daňovým dokladem. V závislosti na povaze závady je dodavatel povinen daňový doklad včetně jeho příloh opravit nebo vyhotovit nový. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů
5. Cena bude objednatelem uhrazena na účet dodavatele uvedený v záhlaví smlouvy, a to na základě faktury vystavené dodavatelem. Faktura může být vystavena nejdříve dne následujícího po dni podepsání předávacího protokolu dle čl. III. odst. 4 smlouvy.

V.

Sankce

1. V případě porušení povinností daných dodavateli smlouvou má objednatel nárok, aniž by tím omezil svá ostatní práva vyplývající ze smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči dodavateli uplatnit a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající smluvní pokutě, podmínky a výše smluvní pokuty jsou, kromě ostatních ujednání o smluvních pokutách uvedených na jiných místech smlouvy, následující:
 1. Bude-li dodavatel v prodlení s předáním řádně dokončeného díla dle čl. III. smlouvy, zavazuje se dodavatel zaplatit objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny uvedené v článku II. smlouvy.
 2. Smluvní pokuta ve výši 0,2% z ceny reklamovaného zboží za každý den prodlení může být uplatňována rovněž za:

- a) pozdní nástup na odstranění reklamovaných vad (do 48 hodin v pracovní dny a 72 hodin v den pracovního volna, klidu nebo svátku) v záruční době dle čl. VI. odst. 8 nebo
 - b) pokud bude odstranění závady trvat déle než 72 hodin,
2. Dodavatel zaplatí smluvní pokutu podle smlouvy na účet objednatele do 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči dodavateli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou dodavateli vyúčtuje.
3. Zaplacením smluvní pokuty dodavatelem není dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod vzniklých prodlením či vadným plněním dodavatele. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu případné škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.
4. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty dodavatelem objednateli nezbavuje dodavatele závazku splnit povinnosti dané mu smlouvou.
5. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.

VI.

Záruka, záruční servis

1. Dodavatel se zavazuje, že si zboží zachová za níže vymezených podmínek pro něj obvyklé vlastnosti, a že bude způsobilé k užití k obvyklému a předpokládanému účelu.
2. Práva z odpovědnosti za vady výslovně neupravená tímto článkem se řídí ust. § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
3. Dodavatel odpovídá za vady, jež má zboží v době jeho uvedení do plného provozu, a dále odpovídá za vady zboží zjištěné v záruční době.
4. Záruční doba poskytnutá dodavatelem na jakost zboží činí 36 měsíců a běží ode dne jeho uvedení do provozu, tedy po převzetí předmětu plnění a podepsání předávacího protokolu.
5. Dodavatel je povinen zajistit bezodkladné (v souladu s čl. V., odst. 2 této smlouvy) a bezplatné odstranění reklamovaných závad po celou dobu záruční lhůty.
6. Dodavatel je povinen zajistit bezplatný záruční servis sám nebo prostřednictvím autorizované servisní organizace:.

Název	(doplň uchazeč)
Sídlo	(doplň uchazeč)
Zapsána	(doplň uchazeč)
Zastoupená	(doplň uchazeč)
IČ	(doplň uchazeč)
DIČ	(doplň uchazeč)
Bankovní spojení	(doplň uchazeč)
Telefon	(doplň uchazeč)
E-mail	(doplň uchazeč)
Odpovědné osoby	(doplň uchazeč)

V případě, že záruční servis neprovádí dodavatel sám, předloží do 3 pracovních dnů ode dne, kdy o to byl objednatelem požádán, buď písemné potvrzení autorizované servisní organizace, nebo

kopii smlouvy s touto servisní organizací, a prohlášení této servisní organizace o splnění podmínek dle odstavce 7.

7. Dodavatel čestně prohlašuje, že:

- o výše uvedená autorizovaná servisní organizace ve formuláři, který předložila ke splnění ohlašovací povinnosti dle § 26 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích (provedení povinné registrace), uvedla, že je registrována jako servisní organizace,
- o instruktáž o zacházení se zdravotnickými prostředky provádějí osoby uvedené v ust. § 61 zákona č. 268/2014 Sb. s tím, že:

Počet těchto osob je:	(doplň uchazeč)
Jejich vybavení:	potřebné k vykonávání autorizovaného servisu a provádění PBTk.

8. Dodavatel se zavazuje zajistit servisní kontakt nejpozději do následujícího pracovního dne po nahlášení závady. Doba nástupu servisního technika na opravu je do 48 hodin od nahlášení závady, pokud je závada nahlášena v pracovní den, a do 72 hodin, pokud je závada nahlášena v den pracovního volna, klidu nebo svátku.

9. V případě poruchy zboží, jejíž oprava by trvala déle než je výše uvedeno nebo bylo dohodnuto, dodavatel poskytne dle charakteru zboží vlastní náhradní zboží stejné úrovně zdarma po celou dobu opravy, pokud nebude dohodnuto jinak. Během záruční doby se dodavatel zavazuje zajistit bezplatně všechny periodické prohlídky, technické kontroly a validace zboží, vyplývá-li povinnost k jejich provádění z platných obecně závazných právních předpisů nebo z pokynů výrobce zboží.

VII.

Odstoupení od smlouvy

K odstoupení od smlouvy může dojít v souladu s ustanovením občanského zákoníku, a to ust. § 2001 a následující.

VIII.

Obecná a závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se stává platnou a účinnou dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající a vznikající platným právním řádem ČR.
3. Změna nebo doplnění smlouvy může být uskutečněna pouze písemným a číslovaným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.
4. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Dodavatel bere na vědomí povinnost objednatele uvedenou v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit tuto smlouvu na jeho profilu, povinnost dodavatele poskytnout objednateli seznam svých subdodavatelů, kterým uhradil více než 10% za plnění subdodávky, a povinnost dodavatele předložit seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, a to do 60 dnů od splnění smlouvy.
6. Pohledávky vyplývající ze smlouvy lze převést na jinou osobu jen s předchozím souhlasem druhé smluvní strany.

7. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž dodavatel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží tři vyhotovení.
8. Schváleno na jednání Rady Pardubického kraje dne **. **. 2016 usnesením č. R/****/16.

Příloha smlouvy č. 1 – Položkový rozpočet (příslušné části veřejné zakázky)

V Pardubicích dne

.....
za Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.

.....
za dodavatele

LEGENDA: Vyplní uchazeč o zakázku

Příloha č. 1 smlouvy - Specifikace předmětu plnění a jednání

Číslo položky	Části VZ	Název položky, technické podmínky
	část 1.	<u>Dodávka vybavení pitevního traktu</u>
1.		PITEVNÍ STŮL S OBVODOVÝM ODSÁVÁNÍM A ZDVIHEM.
2.		NÁSTROJOVÝ POSUVNÝ STOLEK NA PITEVNÍ STŮL:
3.		POJÍZDNÝ ORGÁNOVÝ VOZÍK
4.		SKŘÍŇ NEREZ NA NÁSTROJE
5.		PILKA NA KOSTI
6.		SADA PITEVNÍCH NÁSTROJŮ
7.		PŘIKRAJOVACÍ PRACOVISTĚ
8.		SKŘÍŇ S ODTAHEM
9.		MIKROTOM ROTAČNÍ POLOAUTOMATICKÝ
10.		KRYOSTAT

rozkových cen, technické podmínky pro jednotlivé části

Typové (modelové) označení položky	Ks	Měrná jednotka	Cena v Kč za kus bez DPH
	3	ks	
	3	ks	
	3	ks	
	1	ks	
	1	ks	
	1	ks	
	1	ks	
	1	ks	
	1	ks	
	1	ks	
		CELKEM - část 1	

Cena v Kč bez DPH Celkem	DPH ve výši 21% nebo 15%	Cena v Kč včetně DPH celkem
0,-	0,-	0,-
0,-	0,-	0,-
0,-	0,-	0,-
0,-	0,-	0,-
0,-	0,-	0,-
0,-	0,-	0,-
0,-	0,-	0,-
0,-	0,-	0,-
0,-	0,-	0,-
0,-	0,-	0,-
0,-	0,-	0,-

LEGENDA: Vyplní uchazeč o zakázku

Příloha č. 1 smlouvy - Specifikace předmětu plnění a jedno

Číslo položky	Části VZ	Název položky, technické podmínky
	část 2.	<u><i>Dodávka vyšetřovacích světel</i></u>
1.		Stropní světlo vyšetřovací nad pitevní stůl

tkových cen, technické podmínky pro jednotlivé části

Typové (modelové) označení položky	Ks	Měrná jednotka	Cena v Kč za kus bez DPH	Cena v Kč bez DPH Celkem
	3	ks		0,-
		Celkem - část 2		0,-

DPH ve výši 21% nebo 15%	Cena v Kč včetně DPH celkem
0,-	0,-
0,-	0,-

LEGENDA: Vyplní uchazeč o zakázku

Příloha č. 1 smlouvy - Specifikace předmětu plnění a jednotky

Číslo položky	Části VZ	Název položky, technické podmínky
	část 3.	<u><i>Dodávka mikroskopů</i></u>
1.		Laboratorní mikroskop s kamerou
2.		Laboratorní mikroskop

ových cen, technické podmínky pro jednotlivé části

Typové (modelové) označení položky	Ks	Měrná jednotka	Cena v Kč za kus bez DPH	Cena v Kč bez DPH Celkem	DPH ve výši 21% nebo 15%
	1	ks		0,-	0,-
	1	ks		0,-	0,-
		Celkem část 3		0,-	0,-

Cena v Kč včetně DPH celkem	
	0,-
	0,-
	0,-

LEGENDA: Vyplní uchazeč o zakázku

Příloha č. 1 smlouvy - Specifikace předmětu plnění a jednotkový

Číslo položky	Části VZ	Název položky, technické podmínky
	část 4.	<u>Dodávka barvícího automatu vč. montovacího automatu</u>
1.		Barvící automat
2.		Montovací automat
3.		Zalévací linka

ch cen, technické podmínky pro jednotlivé části

Typové (modelové) označení položky	Ks	Měrná jednotka	Cena v Kč za kus bez DPH	Cena v Kč bez DPH Celkem
	1	ks		0,-
	1	ks		0,-
	1	ks		0,-
		Celkem část 4		0,-

DPH ve výši 21% nebo 15%	Cena v Kč včetně DPH celkem
0,-	0,-
0,-	0,-
0,-	0,-
0,-	0,-

Čestné prohlášení dodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů
dle ust. § 62 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Název veřejné zakázky/části

**DODÁVKA ZDRAVOTNICKÝCH TECHNOLOGIÍ PRO ODDĚLENÍ SOUDNÍHO
LÉKAŘSTVÍ, ČÁST (DOPLNÍ UCHAZEČ)**

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Pardubický kraj
IČ:	708 92 822
Sídlo:	Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ 532 11

Identifikační údaje uchazeče

Obchodní firma/název:	(doplní uchazeč)
IČ:	(doplní uchazeč)
Sídlo:	(doplní uchazeč)
Osoba oprávněná za uchazeče jednat:	(doplní uchazeč)
Kontaktní osoba:	(doplní uchazeč)
telefon / fax:	(doplní uchazeč)
e-mail:	(doplní uchazeč)

Ke dni podání nabídky do veřejné zakázky „**Dodávka zdravotnických technologií pro oddělení soudního lékařství, část (doplní uchazeč)**“ prohlašuji, že shora uvedený dodavatel splňuje veškeré kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem v zadávacích podmínkách (výzva k předložení nabídky ze dne *. *. 2016, čj. 82189 /2015).

V (doplní uchazeč) dne dd. mm. rrrr

Jméno, příjmení jednající osoby:

Podpis:

Čestné prohlášení dodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů a o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku

dle ust. § 53 odst. 3 písm. b), d) a § 50 odst. 1 písm. c) z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Název veřejné zakázky

DODÁVKA ZDRAVOTNICKÝCH TECHNOLOGIÍ PRO ODDĚLENÍ SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ, ČÁST (DOPLNÍ UCHAZEČ)

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Pardubický kraj
IČ:	708 92 822
Sídlo:	Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ 532 11

Identifikační údaje uchazeče

Obchodní firma/název:	(doplň uchazeč)
IČ:	(doplň uchazeč)
Sídlo:	(doplň uchazeč)
Osoba oprávněná za uchazeče jednat:	(doplň uchazeč)
Kontaktní osoba:	(doplň uchazeč)
telefon / fax:	(doplň uchazeč)
e-mail:	(doplň uchazeč)

Ke dni podání nabídky do shora uvedené veřejné zakázky prohlašuji, že shora uvedený uchazeč je dodavatelem,

- který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu (§ 53 odst. 1 písm. c),
- vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů (§ 53 odst. 1 písm. d),
- který není v likvidaci (§ 53 odst. 1 písm. e),
- který nemá ve vztahu ke spotřební dani v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (§ 53 odst. 1 písm. f),
- který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (§ 53 odst. 1 písm. g),
- který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek (§ 53 odst. 1 písm. j),
- který nebyl v posledních 3 letech pravomocně potrestán uložením pokuty za umožnění výkonu nelegální práce podle z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (§ 53 odst. 1 písm. k),
- vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu (§ 53 odst. 1 písm. l),
- který je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku (§ 50 odst. 1 písm. c).

V (doplň uchazeč) dne dd. mm. rrrr

Jméno, příjmení jednající osoby:

Podpis:

Krycí list nabídky	
1. Název veřejné zakázky	
Dodávka zdravotnických technologií pro oddělení soudního lékařství část (doplň uchazeč)	
2. Identifikační a kontaktní údaje uchazeče	
Obchodní firma / Název:	
Právní forma:	
IČ:	
Sídlo / místo podnikání:	
E-mail:	
Tel. / fax:	
Kontaktní osoba:	
3. Osoba oprávněná jednat za uchazeče	
Titul, jméno, příjmení:	
Funkce:	
Datum podpisu:	
Podpis oprávněné osoby:	

Čestné prohlášení dodavatele

dle ust. § 68 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Identifikační údaje zadavatele

Název: Pardubický kraj
IČ: 708 92 822
Sídlo: Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ 532 11

Identifikační údaje uchazeče

Obchodní firma/název: (doplní uchazeč)
IČ: (doplní uchazeč)
Sídlo: (doplní uchazeč)
Osoba oprávněná za uchazeče jednat: (doplní uchazeč)
Kontaktní osoba: (doplní uchazeč)
telefon / fax: (doplní uchazeč)

Ke dni podání nabídky do veřejné zakázky „Dodávka zdravotnických technologií pro oddělení soudního lékařství, část (doplní uchazeč)“ shora uvedený dodavatel:

- předkládá úplný seznam členů statutárních orgánů, kteří byli v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,*

(doplní uchazeč)
(doplní uchazeč)
(doplní uchazeč)

- prohlašuje, že výše uvedený seznam není schopen vytvořit z důvodu, že žádný člen jeho statutárního orgánu nebyl v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele. *
- předkládá úplný seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu.*

(doplní uchazeč)
(doplní uchazeč)
(doplní uchazeč)

(* nehodící se škrtněte)

- prohlašuje, že shora uvedený dodavatel v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V (doplní uchazeč) dne dd. mm. rrrr

Jméno, příjmení jednající osoby

.....
Podpis

Část 1 - Dodávka vybavení pitevního traktu

1) PITEVNÍ STŮL S OBVODOVÝM ODSÁVÁNÍM A ZDVIHEM.

- kompletně z nerezů včetně sifonu a odpadového potrubí, sifon s maticí pro očištění
- plocha pracovní plochy musí být bez plošné perforace
- odsávání zajištěno po obvodě pracovní plochy bez zásahu do pracovní plochy
- integrovaný dřez hloubky min. 200 mm
- 2× ruční sprcha s nezávislým ovládáním na bocích stolu
- plynulý zdvih v rozsahu min. 250 mm
- možnost odklopení nebo odsunutí pracovní desky za účelem čištění vnitřní vany stolu
- součást stolu je vodovodní baterie na teplou a studenou vodu
- součástí stolu musí být podložky pod tělo, které není při čištění nutno odstranit se stolu
- vyjímatelný filtr pro zachycení drobných předmětů
- konstrukce pro min. 1000 m³/3 hod. odtahovaného vzduchu

2) NÁSTROJOVÝ POSUVNÝ STOLEK NA PITEVNÍ STŮL:

- kompletně z nerezů
- plně posuvný po okrajích stolu
- pracovní plocha v kombinaci plast a perforovaný nerez
- zajištění odtoku do prostoru stolu
- absolutní návaznost na pitevní stůl

3) POJÍZDNÝ ORGÁNOVÝ VOZÍK

- rozměr 400×600 mm (tolerance +/- 10%)
- nerezové provedení s vloženou vanou s perforací
- výška konstruována na minimální výšku stolu
- kolečka – 2 s brzdou

4) SKŘÍŇ NEREZ NA NÁSTROJE

- kompletně z nerezů
- bez odtahu
- minimálně 4 police
- rozměr 1900 x 1000 x 600 mm (v, š, h)
- dvoudveřové provedení, dveře s prosklením

5) PILKA NA KOSTI

- speciálně pro patologii, určená pro řezání kostí
- provedení bez odsávání
- řezná hlavice s možností desinfekce

6) SADA PITEVNÍCH NÁSTROJŮ

- kompletní sada pitevních nástrojů pro pitevní provoz

7) PŘIKRAJOVACÍ PRACOVÍŠTĚ

- pracoviště se spodním odtahem pracovní plochy pro 2 pracovníky
- odtah min. 800 m³/3
- integrovaný oplach spodní vany časovým nastavením toku vody
- vodovodní baterie na teplou a studenou vodu s ruční sprchou

- provedení bez uzavírání horní části pro okamžitý přístup k vestavěným policím
- integrované zásuvky na kazety a další materiál
- 1× dřež na vodu, 1× na slévání formolu
- integrované osvětlení a přídatné světla na každé straně
- šířka max. 1900 mm
- zajištění ochrany personálu v případě potřeby posuvnou přepážkou

8) SKŘÍŇ S ODTAHEM

- provedení nerez
- rozměry 1900×1000×600 mm (v, š, h)
- integrované odsávání s filtrem pro formol
- 4 police ve tvaru vany pro případný záchyt rozlitých tekutin

9) MIKROTOM ROTAČNÍ POLOAUTOMATICKÝ

- rotační poloautomatický mikrotom s motorizovaným ovládáním vzorku
- použití žiletkových nožů s nízkým i vysokým profilem
- krájení v rozsahu min. 0 – 600µm v krocích – 0-2µm, s nastavením řezu po 0,5 µm a 3-10 µm s nastavením řezu po 1µm
- hrubé zkrajování nastavitelné ve stejném rozsahu jako krájení
- retrakce
- horizontální posuv vzorku min. 26 mm
- vertikální rozsah řezu min. 65 mm
- min. velikost vzorku 35×45 mm
- rychlost elektrického hrubého posuvu minimálně 700 µm/s
- orientace držáku vzorku 8° (tolerance +/- 2°)
- součástí dodávky je požadován držák se šroubovým upnutím vzorku a rychloupínací držák vzorku

10) KRYOSTAT

- kryostat s pokročilým systémem desinfekce vhodný pro rutinní operace
- desinfekce UV a O₃ (ozon) podmínkou
- minimální chlazení komory na -35°C
- minimální teplota úložného zásobníku vzorků -45°C
- minimální teplota rychlomrazícího peltiérova můstku -55°C
- max. velikost vzorku 35×35 mm
- posuv vzorku pomalý min. 250 µm/s nebo rychlý min. 800 µm/s
- tloušťka řezu 0 – 100 µm nastavitelná v rozsahu 0 - 100µm – v rozsahu do 3µ je požadováno nastavení po 0,5µ a od 3 – 10µ po 1,0 µ
- hrubé zkrajování (Trimming) do hodnoty 600 µm
- nastavitelná retrakce

Část 2 - Dodávka vyšetřovacích světel

3x STROPNÍ SVĚTLO VYŠETŘOVACÍ NAD PITEVNÍ STŮL

- Intenzita osvětlení v 1 m min. 60 000 lux
- Barevná teplota min. 4 800 K
- Ra index min. 95
- Fixní průměr světelného pole cca 160 mm
- Hloubka osvětlení min. 1 400 mm
- Životnost světla min. 40 000 hod.
- Nastavení intenzity osvětlení alespoň ve 3 krocích (30 000/40 000/60 000 lux)
- včetně instalace

Na číselné parametry je uplatněna tolerance +/-10%.

Část 3 - Dodávka mikroskopu

LABORATORNÍ MIKROSKOP S KAMEROU – 1 KS

Stativ ergonomický

- LED osvětlení s optickou soustavou čoček pro dokonale rovnoměrné osvětlení celého zorného pole s plynulou regulací světla
- hrubé a jemné ostření na obou stranách s aretací horní polohy zdvihu stolku
- zdvih stolku min. 30 mm (tolerance +/- 10%)
- možnost nastavení odporu tuhosti hrubého ostření zabudovaná polní clona v noze stativu

Trinokulární tubus

- ergonomický binokulární tubus naklápěcí se sklonem min. 10° až 30°
- minimálně dvojcestný (cesta okuláry = 100-0, cesta okulár- port = 50-50),
- výsuvný tubus v rozsahu min. 30 mm (tolerance +/- 10%)
- Port pro kameru
- připojení kamery s C-mount závitem s optikou
- možnosti výškového nastavení (zaostření kamery vůči okulárům)

Okuláry: min. 10X zvětšující - zorné pole min. 22mm s dioptrickou korekcí 2 ks s kruhovými oddělitelnými očními

Revolverová hlavice odnímatelná pro min. 6 objektivů

Objektivy: 6ks - minimální konfigurace:

Plan Achromat 4X A N.A. 0.10, W.D. 30.0 mm

Plan Achromat 10X A N.A. 0.25, W.D. 10.5 mm

Plan Achromat 20X A N.A. 0.40, W.D. 1.3 mm

Plan Achromat 40X A N.A. 0.65, W.D. 0.56 mm, pružně uložený

Achromatický objektiv 60x N.A. 0.80, W.D. 0.3mm

Kondenzor : Achromatický kondenzor n.a. 0.90 s irisovou clonou pro objektivy 4x-100x bez omezení zorného pole

Stolek pravostranný

- pravostranný stolek s držákem pro 2 preparáty, možnost nastavení tuhosti ovládání posuvu stolku v osách X a Y.
- ergonomické výškové nastavení ovládacích prvků os X a Y

Kamera

- Barevná CMOS nebo CCD kamera s rozlišením minimálně 5 MPX

Připojení k PC

- Min. USB 3.0 rozhraní

Software pro měření

- živý náhled
- možnost měření v živém obraze
- měření v hotovém snímku

- měření úhlů, měření délek
- možnost vložení měřítka
- měření obsahu
- vkládání anotací
- sešívání obrazů (složení s jednotlivých nasnímaných polí v jeden velký celek)
- reporty do excelu

Další požadavky:

- napájecí kabel k mikroskopu
- možnost změny levostranného a pravostranného ovládání mikroskopu
- obal na mikroskop proti prachu

LABORATORNÍ MIKROSKOP – 1 KS

Stativ ergonomický

- LED osvětlení s optickou soustavou čoček pro dokonale rovnoměrné osvětlení celého zorného pole s plynulou regulací světla
- hrubé a jemné ostření na obou stranách s aretací horní polohy zdvihu stolku
- zdvih stolku min. 30 mm (tolerance +/- 10%)
- možnost nastavení odporu tuhosti hrubého ostření zabudovaná polní clona v noze stativu

Trinokulární tubus

- ergonomický binokulární tubus naklápěcí se sklonem min. 10° až 30°
- minimálně dvojcestný (cesta okuláry = 100-0, cesta okulár- port = 50-50),
- výsuvný tubus v rozsahu min. 30 mm (tolerance +/- 10%)

Okuláry: min. 10X zvětšující - zorné pole min. 22mm s dioptrickou korekcí 2 ks s kruhovými oddělitelnými očníce

Revolverová hlavice odnímatelná pro min. 6 objektivů

Objektivy: 6ks - minimální konfigurace:

Plan Achromat 4X A N.A. 0.10, W.D. 30.0 mm

Plan Achromat 10X A N.A. 0.25, W.D. 10.5 mm

Plan Achromat 20X A N.A. 0.40, W.D. 1.3 mm

Plan Achromat 40X A N.A. 0.65, W.D. 0.56 mm, pružně uložený

Achromatický objektiv 60x N.A. 0.80, W.D. 0.3mm

Kondenzor: Achromatický kondenzor n.a. 0.90 s irisovou clonou pro objektivy 4x-100x bez omezení zorného pole

Stolek pravostranný

- pravostranný stolek s držákem pro 2 preparáty, možnost nastavení tuhosti ovládání posuvu stolku v osách X a Y.
- ergonomické výškové nastavení ovládacích prvků os X a Y

Další požadavky:

- napájecí kabel k mikroskopu
- možnost změny levostranného a pravostranného ovládání mikroskopu
- obal na mikroskop proti prachu

Část 4 - Dodávka barvicího automatu vč. montovacího automatu

BARVICÍ AUTOMAT

- kapacita barvení – možnost nezávisle na sobě vkládat v libovolném časovém odstupu koše se sklíčky, každý na minimálně 25 sklíček (kontinuální barvení)
- kapacita koše min. 25 sklíček
- uložení min. 15 programů, z toho každý až o 50 krocích
- znázornění průběhu programu na barevném displeji
- min. 50 reagensů v paměti s možností změny
- krok s možností nastavení v rozmezí 1 sec. Až 59 minut, 59 vteřin pro každý krok
- počet reagenčních stanic min. 18
- celkový počet stanic min. 19
- počet stanic s průtokovou vodou – 1, s opakovaným použitím
- integrovaný systém odsávání s uhlíkovým filtrem, bez nutnosti napojení na odsávání
- integrovaný záložní zdroj el. energie, umožňující při výpadku proudu provoz min. 1 hodinu bez zásahu
- preferujeme lineární provedení
- podmínkou je návaznost na montovací automat bez přímého propojení
- nerezový stůl vč. skříňky

MONTOVACÍ AUTOMAT

- kapacita min. 300 zpracovaných sklíček za hodinu
- možnost pracovat s krycími sklíčky 24× 40, 50 nebo 60 mm o tloušťce 1 nebo 1,5
- použití montovacího média od různých výrobců
- integrovaný filtrační systém bez nutnosti napojení na odsávání
- plně kompatibilní s barvicím automatem

Součástí dodávky automatů bude také dodání zalévací linky:

- min. dvoumodulová linka s možností programování
- zalévací modul s min. 2 komorami pro kazety a misky
- 5 l (tolerance +/- 10%) zásobník parafínu
- nezávislé teplotní nastavení částí, vyhřívání pinzet
- chladič deska pro 60 (tolerance +/- 10%) kazet
- nerezový stůl pod linku